

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

08/01/2019

İlan No : 2019-01-173
İstem No : 45130
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 11/01/2019 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	VENTİLATÖR DEVRESİ, DİSPOSABLE, PEDIATRİK, ANESTEZİ İÇİN	100	Adet					
2	ASPIRASYON SİSTEMİ, TORBA VE SONDA DAHİL, 1500-2000 ML	5000	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1. VENTİLATÖR DEVRESİ, DİSPOSABLE, PEDIATRİK, ANESTEZİ İÇİN TEKNİK

ŞARTNAMESİ

1.Devre:

- Bir adet en az 0,5 Lt lik anestezi balonu olmalıdır.
- Bir adet Y konnektör olmalıdır.
- Üç adet hortum olmalıdır.
- Bir adet L konnektör olmalıdır.
- Malzemeler en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.

2. Anestezi Balonu:

- En az 0,5 Lt hacminde olmalıdır.
- Ağız kısmı 22F olmalıdır.
- Lateks içermemelidir.

3.Y Konnektör:

- Konnektörün hasta tarafında toz ve partikül girmesini engelleyen çıkarılır kapak bulunmalıdır.
- Biriken sıvı ve sekresyonların gözlenebilmesi için şeffaf olmalıdır.

4.Flexible Hortum:

- Hortumlar esneyebilir olmalıdır.
- Hortum uçları 22F olmalıdır.

Bir adet 22 F'lik konnektör olmalıdır.

Prof. Dr. Nurettin DORUK
MEU Sağlık Bilimleri
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Lisans No: 51193

Yrd. Doç. Dr. Mustafa AZİZOĞLU
MEU Sağlık Bilimleri
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Diyarbakir, No: 51193/11

ASPIRASYON SİSTEMİ, TORBA VE SONDA DAHİL, 1500-2000 ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün dikişsiz, yekpare ve şeffaf olup, patlama ve yırtılmalara karşı dayanıklı olacak şekilde polietilen hammaddeden imal edilmiş olup kapak kısmı torba ile entegre ve kapak kenarında kanisterden çıkarmayı kolaylaştırmak için tutma kulakçığı bulunmalı ve torba hacmi 1500-2000cc. olmalıdır.
2. Torba üzerinde dökülme ve yanlış bağlantı riskini önlemek amacıyla bir adet vakum bir adette hasta bağlantısı olmak üzere en fazla 2 adet port bulunmalı ve bu portlar yazılı ve görsel olarak kullanıcıyı yönlendirmelidir.
3. Her torbanın üzerinde, tam dolum gerçekleştikten sonra kullanılmak üzere en az 25 cm. uzunluğunda ve en az 0,8cm. çapında, kıvrılıp bükülmeyi önlemek için 360 derece rotasyon kabiliyeti bulunan, şeffaf materyalden üretilmiş, bir ucunda renk kodlu vakum bağlantı adaptörü bulunan bir kapama tüpü olmalı ve bu tüp gerektiğinde tandem bağlantıda kullanılabilir. Bunun sağlanamadığı hallerde torbaya entegre olmayan tandem bağlantı hortumu torba adedi kadar verilmelidir.
4. Torbaların üzerindeki hasta portu, ambalajın içerisinden çıkan ve hasta hortumunun kıvrılıp bükülmesini engelleyen 90 derece açılı ekstra konnektöre uyumlu ve en az 0,6 cm. çapında olup aspire edilen sıvının hazne içerisine süzülerek dökülmesini sağlamak amacıyla konik yapıda olmalıdır.
5. Torbaların vakum sistemine sıvı geçişini engelleyen filtreleri bakteriostatik, hidrofobik ve ortamdaki nemden etkilenmemesi için internal yapıda torba içerisinde olmalıdır.
6. Aspirasyon sondası ve torba arasında kullanılacak olan hasta hortumu, bir ucunda tek el ile vakum kontrolüne olanak tanıyan çıkarılabilir çam ağacı konnektör bulundurmalı ve en az 2,0 metre uzunluğunda ve 0,6 cm çapında, iki ucu ajutajlı, şeffaf özellikte olmalıdır.
7. Torbalar, ortopedi ve batın cerrahisi gibi fazla miktarlarda sıvı aspire edilen vakalarda çoklu kullanılabilir, bağlantı için torbalar üzerindeki kapama tüpü kullanılmalıdır.
8. Torbaların kullanılması için gerekli tüm sistemler ve seyyar aspiratör aşağıda belirlenen sayıda hastane genelinde ihaleyi üstlenen firma tarafından bedelsiz kurulmalıdır.
 - a. Duvara monte:340 adet
 - b. Kavanoz sayısı:600 adet
 - c. Seyyar Aspiratör:60 adet
9. Yüklenici firma tarafından cihazların bakım ve onarımı 24 saat içerisinde ücretsiz yapılmalıdır.

Uzm. Hemş. MüsteMERAN
MEÜ Sağlık Hizmetleri
ve Uygulama Merkezi
Hemşirelik Hizm. Koordinatör Vrd.

Uzm. Hemş. Başhemşire AYDAR
MEÜ Sağlık Hizmetleri
ve Uygulama Merkezi
Başhemşire Yardımcısı