

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

11/03/2019

İlan No : 2019-03-1105
İstem No : 46397
Alım No :
Talep Eden Birim : Patoloji / Patoloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

34

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 13/03/2019 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SOLÜSYON, HEMATOKSİLEN, HARRİS.	10	LT					
2	BIÇAK, MİKROTOM, A35	1800	Adet					
3	MASSON TRİKROM, KULLANIMA HAZIR HİSTOKİMYASAL KİT	300	Test					
4	MAPE, ÇİFTLİ	50	Adet					
5	KONGO RED, HAZIR KİT	100	Test					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

HARRIS HEMATOXYLEN SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Malzeme sıvı formda ve kullanıma hazır olmalıdır.
- 2) Solüsyon oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.
- 3) Patoloji ve sitoloji laboratuvarında boyama maddesi olarak kullanılacaktır.
- 4) Orijinal rengine sıvı halde tortusuz olacaktır.
- 5) Ambalaj üzerinde orijinal etiketi bulunmalı, ürün adı, özellikleri, lot numarası ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
- 6) Solüsyon orijinal ambalajında 500 veya 1000 ml.lik cam veya plastik şişede olmalıdır.
- 7) Malzemenin son kullanma tarihi en az 18 ay olmalıdır.
- 8) İstekli firmalar ürün numunelerini laboratuvarımıza getirmelidir. Uygunluğu laboratuvarımızda test edildikten sonra karar verilecektir.
- 9) Teslim edilen malzemelerin miadı dolduğu takdirde malzemeleri teslim eden firma yeni tarihli malzemelerle eskileri değiştirmekle mükelleftir.
- 10) Ph:2,5-3 arasında olmalıdır.
- 11) Teslim edilen ürün ile numune aynı özellikte olmalıdır.
- 12) IVD uygulamalarına uygun olup CE belgeli olmalıdır.
- 13) 13.Maddenin öncelikle varsa UBB kaydı yoksa CE, TSE veya ISO belgesi olmalıdır.

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma,
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42604



Yrd. Doç. Dr. Ferah TUNCEL DALOĞLU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No.: 104861-98575

MİKROTOM BIÇAĞI ŞARTNAMESİ

1. Patoloji laboratuvarında rutin çalışmalarda parafin blok yapılmış doku örneklerinin kesilmesi için kullanılacaktır. Tek kullanımı özelliğinde olmalıdır.
2. 50 adetlik orijinal ambalajda olmalıdır.
3. Kesme açısı 35 derece olacaktır. Yüksek kalitede ince kesitler için bıçak keskinliği uygun olacaktır. Tek bir bıçak ile en az 30 adet blok kesilecek kalitede olmalıdır.
4. Kullanılan metal paslanmaz özellikte olmalıdır. Kullandığımız mikrotom cihazları ile uyumlu ve üzerindeki bıçak tutucusuna uygun boyutlarda olmalıdır.
5. Fonksiyonu hastanemiz patoloji laboratuvarında numune getirilerek test edilecek ve uygunluğuna karar verilecektir.
6. Sert doku için N35, rutin kesit için S35 gibi kodlarla verilmelidir.
7. Uluslar arası standartlara uygunluğu belgelenmelidir.
8. Her bıçağın üzerinde üretici firmanın logosu bulunmalıdır.

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No: 42634




Yrd. Doç. Dr. Ferah TUNCEL DALOĞLU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No: 104881-98575

MASSON TRİKROM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) 1 test = 500ul hesabına göre 100 testlik olmalıdır.
- 2) Kit içerisinde 5 adet 50ml lik damlalıklı komponent olmalıdır.
- 3) Histokimyasal boyamaya uygun olmalıdır.
- 4) Kit içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:
 - Haematoxylin Weigert's A
 - Haematoxylin Weigert's B
 - Phosphotungstic Acid 1 % Solution
 - Ponceau Fuchsin Masson Stain
 - 2% Methyl Blue in 2.5% acetic acid
- 5) Uygunluğuna laboratuvarımızda denendikten sonra karar verilecektir.

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MED Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Tic. Sic. No: 42634




Yrd. Doç. Dr. Feriye TÜNCEL/DANIOBULU
MED Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No: 104861-98575

MAPE (ÇİFTLİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Plastikten yapılmış olmalıdır.
- 2) 20 lam taşıma kapasitesine sahip olmalıdır
- 3) Laboratuvarımızda kullanılan lamlara uygun olmalıdır.
- 4) Lamlar mapeye kolay yerleştirilip, kolay alınabilmelidir.
- 5) Numune laboratuvarımızda denendikten sonra uygunluk verilecektir.

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Tic. Tes. No: 42644



Dr. Ferah TUNCEL DALIOĞLU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Patoloji
Tic. No: 104831-98575


KONGO RED BOYASI (KULLANIMA HAZIR KİT) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Histoloji boyamalara uygun olmalıdır.
- 2) Parafin bloklara kolayca uygulanabilmelidir.
- 3) Kullanım kılavuzunda ayrıntılı açıklamalar olmalıdır
- 4) Kapaklarından boyayı sızdırmayan sahip olmalıdır.
- 5) Ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketi üzerinde olmalıdır.
- 6) Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay miyadlı olmalıdır.
- 7) Ürüne ait CE belgesi bulunmalıdır.
- 8) Ürün laboratuvarımızda denendikten sonra uygunluk verilecektir.
- 9) Kit içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:

- %80'lik etanol içinde satüre sodyum klorüd
- Alkalen tuz solüsyonu
- Kongo red çalışma solüsyonu
- Asetik asitli hematoksilen

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji

Dip. Tes. No. 42634



Dr. Doç. Dr. Ferah TUNCEL DALIOĞLU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No. 104831-98575