

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

25/04/2019

İlan No : 2019-04-1817
İstem No : 47314
Alım No :
Talep Eden Birim : Kadın Hastalıkları ve Doğum / Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

+15

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/04/2019 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	VAJİNAL BANT, HELİCAL SET, İDRAR TUTAMAMA İÇİN	20	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.


İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

VAJİNAL BANT, HELİCAL SET, İDRAR TUTAMAMA İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Helical set içerisinde seeling amacına yönelik VaginalTape(Bant-Mesh) ve helical uygulamaya uygun özel açılı sağ ve sol bir çift uygulama aparatı bulunmalıdır.
2. Helical set içerisindeki VaginalTape(Bant-Mesh), stressinkontinans tedavisinde üretral destek sağlamak üzere üretilmiş olmalıdır.
3. Helical set içerisindeki VaginalTape(Bant-Mesh), kenarlarında tutunmayı sağlayan özel sarkaç sistemi sayesinde kendiliğinden tutunabilir özellikte olmalı, doku veya kemik bağlantısı gerektirmemelidir.
4. Helical set içerisindeki VaginalTape(Bant-Mesh), kendiliğinden tutunabilir özelliğini koruyabilmesi için sert pvc tüp içerisinde paketlenmiş olmalıdır.
5. Helical set içerisindeki VaginalTape(Bant-Mesh), renklendirilmemiş ve geniş gözenekli non-absorbablepolipropilenmonofilament yapıda olmalı ve bakteri oluşumunu engellemek için por aralığı en az 60micron ve üzerinde olmalıdır.
6. Helical set içerisindeki VaginalTape(Bant-Mesh), 10-12 mm genişliğinde, 400 - 600 mm uzunluğunda ve tek kullanımlık olmalıdır.
7. Helical set içerisindeki VaginalTape(Bant-Mesh), gerilmeye ve esnemeye karşı dirençli ve sağlam olmalıdır. Uygulama aparatı tutaç(sap) kısmı avuç içerisinde rahat kullanım sağlayabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
8. Uygulama aparatı iğne çapı en az 4 mm olmalı ve eğilip bükülmelere karşı dirençli olmalı; 316L paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.


Yrd. Doç. Dr. M. İsmet DUKURKAN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kadın Hast. ve Doğum
Dip. Tes. No: 52099


Prof. Dr. F. Gürkan YAZICI
MEÜ Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Kadın Hast. ve Doğum
Dip. Tes. No: 83910