

**T.C.**  
**MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**DÖNER SERMAYE İŞLETME**  
**TEKLİF İSTEME FORMU**

21/05/2019

İlan No : 2019-05-2222  
İstem No : 47801  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Laboratuvar / Seroloji  
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/05/2019 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ANTİ SERUM, HUMAN IGG	1500	Test					
2	ANTİ SERUM, HUMAN IGA	1500	Test					
3	ANTİ SERUM, HUMAN IGM	1500	Test					
4	ANTİ SERUM, HUMAN C3C	1500	Test					
5	ANTİ SERUM, HUMAN C4	1500	Test					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

**Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## TEKNİK ŞARTNAME

1. Anti Serum Human C3C;
  1. Test tam otomatik bir şekilde, nefelometrik ve kantitatif olarak, sabit zaman ölçüm yöntemi ile çalışılacaktır.
  2. Test serum (lipemik, hemolitik, ikterik), plazma, örneklerinden çalışılabilir.
  3. Test sonuçları kantitatif (birime dayalı sayısal değer) olarak alınmalıdır.
  4. Test laboratuvarımızda bulunan nefolometre cihazı ile uyumlu olmalıdır.
2. Anti Serum Human C4;
  1. Test tam otomatik bir şekilde, nefelometrik ve kantitatif olarak, sabit zaman ölçüm yöntemi ile çalışılacaktır.
  2. Test serum (lipemik, hemolitik, ikterik), plazma, örneklerinden çalışılabilir.
  3. Test sonuçları kantitatif (birime dayalı sayısal değer) olarak alınmalıdır.
  4. Test laboratuvarımızda bulunan nefolometre cihazı ile uyumlu olmalıdır.
3. Anti Serum Human IgA;
  1. Test tam otomatik bir şekilde, nefelometrik ve kantitatif olarak, sabit zaman ölçüm yöntemi ile çalışılacaktır.
  2. Test serum (lipemik, hemolitik, ikterik), plazma, örneklerinden çalışılabilir.
  3. Test sonuçları kantitatif (birime dayalı sayısal değer) olarak alınmalıdır.
  4. Test laboratuvarımızda bulunan nefolometre cihazı ile uyumlu olmalıdır.
4. Anti Serum Human IgG;
  1. Test tam otomatik bir şekilde, nefelometrik ve kantitatif olarak, sabit zaman ölçüm yöntemi ile çalışılacaktır.
  2. Test serum (lipemik, hemolitik, ikterik), plazma, BOS ve idrar örneklerinden çalışılabilir.
  3. Test sonuçları kantitatif (birime dayalı sayısal değer) olarak alınmalıdır.
  4. Test laboratuvarımızda bulunan nefolometre cihazı ile uyumlu olmalıdır.
5. Anti Serum Human IgM;
  1. Test tam otomatik bir şekilde, nefelometrik ve kantitatif olarak, sabit zaman ölçüm yöntemi ile çalışılacaktır.
  2. Test serum (lipemik, hemolitik, ikterik), plazma, örneklerinden çalışılabilir.
  3. Test sonuçları kantitatif (birime dayalı sayısal değer) olarak alınmalıdır.
  4. Test laboratuvarımızda bulunan nefolometre cihazı ile uyumlu olmalıdır.

  
Prof. Dr. Canan ÖZTÜRK  
MED. TIP FAKÜLTESİ  
Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D.  
Öğretim Üyesi  
E-posta adresi

  
Prof. Dr. Canan ÖZTÜRK  
MED. TIP FAKÜLTESİ  
Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D.  
Öğretim Üyesi  
E-posta adresi