

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

29/08/2019

İlan No : 2019-08-3689
İstem No : 49272
Alım No :
Talep Eden Birim : Patoloji / Patoloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 02/09/2019 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ORANGE G	3	LT					
2	EA 50	3	LT					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

GIEMSA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme sıvı formda kullanıma hazır ve özgül ağırlığı $0,98-0,99\text{gr/cm}^3$ (20°C de) Histolojik ve Sitolojik boyamalara uygun olmalıdır.
2. olmalıdır.
3. May Grunwald solüsyonu ile uyumlu çalışmalıdır.
4. Solüsyon oda sıcaklığına muhafaza edilmelidir.
5. Kullanıma başladıktan sonra en az 48 saat aynı kalitede boyama elde edilebilmelidir.
6. Nükleus sitoplazma kontrastını ortaya çıkartan bir boyama elde edilmelidir.
7. Ambalaj üzerinde orjinal etiketi bulunmalı, ürün adı, özellikleri, lot numarası ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
8. Solüsyon orjinal ambalajında 500 ml.lik veya 1000 ml.lik cam veya plastik şişede olmalıdır.
9. Numuneler laboratuarda test edildikten sonra, uygunluğuna karar verilecektir.

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tas. No.

Dr. Öğr. Üyesi Feriye Tural
Dip. Tas. No. 104881-9875
FTH

EA 50 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Patoloji laboratuvarında sitolojik boyama protokolüne uygun kullanımda olmalıdır.
2. İçeriği polikromatik sitoplazmik boya karakterine uygun olmalıdır.
3. Uygulamalarda çabuk bayatlamamalıdır.
4. Hücresel komponentlerin pembe, yeşil ve mavi-yeşil renklerde ayrışmasını sağlamalıdır.
5. 500 ml'lik veya 1000 ml' lik orjinal ambalajlarda ve açılmamış olmalıdır.
6. Jinekolojik ve jinekolojik olmayan klinik sitolojik numunelerin boyanmasında kullanılmalı.
7. Kullanıma hazır çözelti light gren sf(C.I.42095) Bimarck Brown R(C.I.21010),eosin y.(C.I.45380),h3(P(W3010)4) ve asetik asitten oluşmalıdır.
8. Çözelti hazırlamada kullanılan boyanın kalitesi BİYOLOJİK BOYAMA KOMİSYONU ,USA (BSC) tarafından belirlenen standartlara uygun olmalıdır ve bu durum firma tarafından belgelenmelidir.
9. Preperatların net değerlendirilmesine imkan verecek intensitede bir renkte boyayacak özellikte olmalıdır.
10. Ürün kullanıma hazır olup laboratuvarında kullanılan harris hemotoksilen ve OG gibi boya çözeltileri ile uyumlu çalışmalıdır.
11. Son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalı ve bu tarih teslim tarihinden itibaren en az 18- 24 ay (onsekiz-yirmidört) olmalıdır.
12. Numuneler laboratuvarında test edildikten sonra, uygunluğuna karar verilecektir.

Prof. Dr. Mehmet Y. .
MEÜ Sağlık Ar. .
ve Uygulama .
Patoloji
Dip. Tes. No.: 4263-

Dr. Öğr. Üyesi Feri Tunalı
Dip. Tes. No. => 106881-98575
Bili