

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

29/05/2020

İlan No : 2020-05-2033
İstem No : 53896
Alım No :
Talep Eden Birim : Hemodiyaliz / Hemodiyaliz A Odası
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 02/06/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DEZENFEKTAN, HEMODİYALİZ	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

DEZENFEKTAN HEMODİYALİZ CİHAZI İÇİN PERASETİK ASİTLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Hemodiyaliz cihazlarında temizlik, soğuk dezenfeksiyon, dekalsifikasyon, inorganik ve organik artıkların uzaklaştırılması amacıyla kullanılır olmalıdır.
- 2) Ürün konsantre sıvı formda, berrak, temiz, renksiz ve karakteristik rahatsız etmeyen kokulu olmalıdır. İçerisinde tortu bulunmamalıdır.
- 3) Ürün hemodiyaliz cihazlarının otomatik sulandırmasına uygun konsantrasyonda olmalıdır.
- 4) Ürün stabil olmalı; stabilitesi test şeritleriyle kontrol edilebilir olmalıdır. Tedarikçi firma kontrol amacıyla yeteri kadar test şeridi tedarik etmelidir.
- 5) Ürün perasetik asit içermeli; katyonik ve anyonik aktif maddeler, fenol ve klor bileşikleri, aldehid türevlerini içermemelidir.
- 6) Kullanım şekli: Fresenius 4008 S ve B serisi cihazlarda, 1.dezenfeksiyon/sterilizasyon programında, 37 C°'de 10 dakikada dezenfeksiyon (D) ve dekalsifikasyon yapabilmelidir
- 7) Ürün, 5 Litre net hacimde, HDPE bidonlara doldurulmuş olmalıdır. Ürün ambalajları, hava ve sıvı sızdırmayacak şekilde kapatılmış olmalıdır.
- 8) Ürünün konulduğu ambalajın ağız yapısı DIN 51 normuna göre üretilmiş olmalı ve cihazla uyumlu olmalıdır.
- 9) Ürünün son kullanma tarihi kapak açıldıktan sonra 2 ay; kapak açılmadan 2 sene olmalıdır.

Halil Rahman EREN
Diyaliz Teknikeri

Prof. Dr. Ahmet Alper KAYKIM
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hast. Nefroloji
Diyaliz No: 83744