

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME  
TEKLİF İSTEME FORMU

03/07/2020

İlan No : 2020-07-2573  
İstem No : 54534  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Göz Hastalıkları / Göz Hastalıkları Servisi  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 07/07/2020 12:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                           | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|----------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | BIÇAK, MVR, 45°, 20G, 0.6-2MM                | 50     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 2    | BIÇAK, OFTALMİK, 15°                         | 25     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 3    | BIÇAK, OFTALMİK, AÇILI, 2.75MM               | 50     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 4    | KAPSÜL GERME HALKASI, SKLERAL FİKSASYON İÇİN | 10     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 5    | KAPSÜL GERME HALKASI, SÜTURSUZ               | 10     | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
  - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
  - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
  - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
  - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
  - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
  - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
  - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

### 1. BİÇAK, MVR, 45°, 20G, 0.6MM-2MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable olmalı, bıçağın uç genişliği 0,90mm (20g ) olmalı, Açılı model olmalı.Full handle olmalı,
2. Steril orijinal paketi içinde olmalıdır. Bıçağın metal ve plastik aksamı kaliteli olmalı.
3. Bıçak Mikroskop altında parlamama özelliğine sahip olmalı.Fakoemülsifikasyon cerrahisinde para sentez yapmaya uygun olmalı.
4. Ürün raf ömrü en az 2 yıl olmalı.
5. Ürün bilgileri ,son Bıçak sapı üzerinde markası ve ölçüsü yazılı olmalıdır. kullanma tarihi, Orijinal paketinde baskılı olmalıdır. (Yapışkan etiket olmamalıdır) 6-Bıçağın ucunu koruyan süngeri olmalı veya kızaklı koruma sistemine sahip olmalıdır.
6. Numuneler denendikten sonra karar verilecektir
7. Bıçak Gama Sterilizasyonu ile steril edilmiş olmalıdır.

### 2. BİÇAK, OFTALMİK, 15° TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 15 derece açı ile kesebilen düz full-handle bıçak çelikten üretilmiş olmalıdır.
2. Kesici ucu olmalıdır.
3. Mikroskop altında parlamamalıdır.
4. Yüksek sıcaklıklara dayanabilen sapı olmalıdır.

### 3.BİÇAK, OFTALMİK, AÇILI, 2.75MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Göz cerrahilerinde kullanılmak üzere çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Mikroskop altında parlamamalıdır.
3. 2.75 mm genişlikte kesi yapmaya uygun olmalı, ucu keskin ve yukarı doğru 45 derecelik açıya sahip olmalıdır.

### 4.KAPSÜL GERME HALKASI, SKLERAL FİKSASYON İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Zonül yetesizliği olan hastalarda katarakt cerrahisi sırasında kapsül stabilitesini sağlamak amacı ile üretilmiş olmalıdır.
2. Ürün PMMA yapısında olmalıdır. Her iki ucunda manipulasyon delikleri bulunmalı ve ayrıca skleral sütürasyon için bir adet kapsül önüne uzanan deliği bulunmalıdır.
3. Açık halde çapı 13.0 mm, kapsül içine yerleştirildiğinde çapı 11.0 mm olmalıdır.

### 5.KAPSÜL GERME HALKASI, SÜTURSUZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Zonül yetesizliği olan hastalarda katarakt cerrahisi sırasında kapsül stabilitesini sağlamak amacı ile üretilmiş olmalıdır.
2. Ürün PMMA yapısında olmalıdır. Her iki ucunda manipulasyon delikleri bulunmalıdır.
3. Açık halde çapı 13.0 mm, kapsül içine yerleştirildiğinde çapı 11.0 mm olmalıdır.
4. Enjektör içine yerleştirilmiş olmalı ve bu enjektör ile göz-lens kapsülü içerisine küçük korneal kesiden implantasyonu yapılmalıdır.

Prof. Dr. Ayça YILMAZ  
MEU Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Göz Hastalıkları  
Dip. Tes. No: 78948

Dr. Öğrt. Üyesi Özer DURSUN  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Göz Polikliniği  
Dip. Tes. No.: 131400