

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

04/08/2020

İlan No : 2020-08-3049
İstem No : 55106
Alım No :
Talep Eden Birim : Patoloji / Patoloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 07/08/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	EOZİN Y	200	Gr					
2	ASETİK ASİT, GLASİEL	2,5	LT					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

ASEDİK ASİT (GLASİYAL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Formülü CH_3COOH olmalıdır.
2. Molar kütlesi 60,05 g/mol olmalıdır.
3. CAS numarası 64-19-7 olmalıdır.
4. Histopatoloji laboratuvarında kullanılmaya uygun özellikte olmalıdır.
5. İstekli firmalar ürün numunelerini laboratuvarımıza getirmelidir. Uygunluğuna laboratuvarımızda test edildikten sonra karar verilecektir.
6. Teslim edilen malzemelerin miadı dolduğu taktirde malzemeleri teslim eden firma yeni tarihli malzemelerle eskileri değiştirmekle mükelleftir.

Doç. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No: 42

Dr. Öğrt. Üyesi Ferah TUNCE
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No: 104881-9857

EOZİN Y TOZ BOYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Patoloji laboratuvarında rutin boyama protokolüne uygun kullanımda olmalıdır.
2. Tüm hemotoksilen boyalar ile uyumlu olmalıdır.
3. Net ve parlak boyama sağlanmalıdır.
4. Isı ve ışıktan etkilenmeyen orijinal ambalajda, ithal olmalıdır.
5. Malzemenin son kullanma tarihi 18-24 ay arasında olmalıdır.
6. İstekli firmalar ürün numunelerini laboratuvarımıza getirmelidir. Uygunluğuna laboratuvarımızda test edildikten sonra karar verilecektir.
7. Teslim edilen malzemelerin miadı dolduğu taktirde malzemeleri teslim eden firma yeni tarihli malzemelerle eskileri değiştirmekle mükelleftir.
8. Dokunun stoplazmasını boyama özelliği "for the microscopy" olmalıdır.
9. Formülü $C_{20}H_6Br_4Na_2O_5$ olmalıdır.
10. C.I numarası 45380 olmalıdır.
11. CAS numarası 17372-87-1 olmalıdır.
12. Molekül ağırlığı 691.86 g/mol olmalıdır.

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip Tes. No: 45380

Dr. Öğrt. Üyesi
MEÜ Sağlık
ve Uygulama
Merkezi
Din