

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

24/11/2020

İlan No : 2020-11-4554
İstecim No : 56920
Alım No :
Talep Eden Birim : Neonatoloji / Yenidoğan Yoğun Bakım
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AG

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 27/11/2020 10:00:00

| No | Malzeme Açıklaması | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|----|---|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| | KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, PEDİATRİK, 7FR, 15-20CM | 1 | Adet | | | | | |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

Tekliflerin yazılı olması,

Malzeme dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Emli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma

giren her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç

ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait

teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Emli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi

Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Emli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI DEĞERLENDİRİLMEZ.İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN GEREKLİ TEKLİFLERİN SUNULMASI ZORUNLUDUR.İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN GEREKLİ TEKLİFLERİN SUNULMASI ZORUNLUDUR.

İletişim: Telefon: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

İletişim süresi en az 45 gün olacaktır.

İletişim:

İletişim:

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

**GEÇİCİ HEMODİALİZ KATETER 2 LÜMENLİ 7_8-9_10_11.5-12.5F 15-20CM
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Hemodialize uygun yapıda distal uçları olmalı
2. Kateter uzunluğu maximum 15-20 cm olmalıdır
3. Kateter dış çapı 2,3 mm olmalıdır
4. Kateter 2 lümenli 7-8-9-10-11.5-12.5 F olmalıdır
5. Kateter Alifatik poliüretan materyalden üretilmiş olmalı, böylece damar içerisinde bulunduğu sürece üzerinde biyofilm tabakası oluşumunu geciktirerek enfeksiyon riskini azaltmalıdır
6. Kateterin alifatik poliüretan özelliği üretici tarafından belgelenmelidir. Bu belge ihale dosyasında sunulmalıdır.
7. Kateterin uca açılmayan lümenlerinin çıkışlarındaki ölü boşluklar silikonla kapatılmış olmalı, buralarda kan birikmesine ve enfeksiyon etkenleri için besiyeri oluşturmasına neden olmamalıdır
8. Kateter hasta üzerinde 30 gün kalabilmelidir
9. Kateteri sabitlemek için 2 adet Fiksasyon klembi bulunmalıdır
10. Lümenlerin her ikisi de 16 G olmalıdır
11. Proximal lümen akış hızı 48ml/dak., distal lümen akış hızı 50ml/dak. olmalıdır
12. İğne uzunluğu 70 mm olmalıdır
13. İğne çapı 1,24 mm. 18 G olmalıdır
14. 0.89 mm çapında. kateterin yerleştirilebileceği uzunluğa uygun, king yapmayan nitinol materyalden üretilmiş J guide-wire bulunmalıdır ve bu özellik kılavuz tel katlanarak test edilmelidir.
15. Dilatör uzunluğu 10 cm olmalıdır
16. İçinde en az bir adet enjektör olmalıdır
17. Paket üzerinde lot ve kod numaralarını belirten, biri hasta dosyasına eklenmek üzere çıkarılabilir, ayrı ayrı iki adet etiket lmalıdır

Doç. Dr. Yalçın ÇELİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Neonatoloji
Dip. No: 9216R/58541

Uğr. Uyesi Aysen ORMAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Has. Uzmanı
Neonatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No.: 3296-92517