

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

07/01/2021

İlan No : 2021-01-50
İstcm No : 57420
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 15/01/2021 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	STERİLİZASYON SEPETİ, 48CMX25.5CMX5CM	40	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR


Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

2. Kez Piyasaya Çıkmıştır

STERİLİZASYON SEPETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme polypropilen hammaddeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Tepsi çok kullanımlı olmalı ve buhar otoklavında 134 °C de en az 1000 defa steril edilebilir özellikte olmalıdır.
3. Tüm malzemeler içine konan cerrahi aletlerle alaşım yapıp, cerrahi aletlerin oksitlenmesini ve paslanmasını önleyecek bir kimyasal yapıda olmalıdır.
4. Hastane içi kullanımı kolaylaştıracak şekilde hafif, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip olmalıdır.
5. Malzemenin kenarları kıvrımlı olmalıdır. Herhangi bir şekilde vücutla temasında kesmemelidir.
6. Tepsi en az 480×255×50mm ebatlarında olmalıdır. MSÜ de kullanılan yıkama dezenfeksiyon makineleri ile uyumlu olmalıdır.
7. Tepsinin bir kenarında etiket kartının takılabilmesi için uygun delik olmalıdır.
8. Yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinde kullanılabilmesi ve dezenfeksiyona dayanıklı olmalıdır.
9. Tepsi DIN normlarına uygun olmalıdır.
10. Tüm malzemeler CE belgeli, ISO 9001:2000, 93/42/EEC, BHTA, BS5452, ISO 13485:2003 onaylı olmalı ve bu durum ürün orijinal katalogunda gösterilmelidir.


Prof. Dr. Gulden ERSÖZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu


Ayser MERIC
Mersin Üniversitesi Hastane
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu