

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME  
TEKLİF İSTEME FORMU

11/01/2021

İlan No : 2021-01-148  
İstcm No : 57593  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Kalp Damar Cerrahi / Kalp Damar Cerrahi Servisi  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 14/01/2021 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KAN KARDİYOPLİJİ SETİ	60	Adet					
2	PACEMAKER TELİ, GEÇİCİ	100	Adet					
3	TURNİKE SETİ, VASKÜLER	30	Adet					
4	TURNİKE SETİ, KANÜLASYON	30	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

**Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## PACEMAKER TELİ, GEÇİCİ, TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pace maker teli açık kalp ameliyatında kullanılabilir olmalıdır.
2. Pace maker teli tek kullanımlık steril ve çift poşet içinde bulunmalıdır.
3. Fiksasyon iğnesi çengel şeklinde olmalı, ventrikül ve atriuma uygun olup bu kaslara gelen kısım izoleli olmalıdır.
4. Acil durumlarda myokardı dışarıdan stimüle etmeye uygun olmalıdır.
5. Negatif bağlantı ucu deri altına uygun olmalıdır.
6. Pace maker teli 50-70 cm uzunluğunda, bir ucunda yuvarlak iğne, diğer ucunda kesici uçlu kırılabilir düz iğne olmalıdır.
7. Pace maker teli yuvarlak iğneden sonra cilt altından kolaylıkla çıkmasını engellemek için 3'lü balık kuyruğu veya Z tipi şeklinde olmalıdır

  
Dr. Abdulkadir Çelebi  
Mardin University  
Faculty of Medicine  
Department of Cardiology  
Mardin, Turkey

  
Dr. Abdulkadir Çelebi  
Mardin University  
Faculty of Medicine  
Department of Cardiology  
Mardin, Turkey

## KAN KARDİYOPELEJİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sistem oksijenatörden alınan kanı ve kardiyopleji sıvılarını karıştırılarak elde edilen kan kardiyopleji sıvısını kalbe pompalamaya uygun olmalıdır.
2. Sistem oksijenatörden kan alacak bir hatta ve kardiyopleji sıvısı taşıyacak hatta sahip olmalı, bu iki hat pompa kafasından geçtikten sonra Y konnektörlerle birleşmelidir.
3. Kardiyoloji sıvısını taşıyan hat üzerinde y konnektörle birleştirilmiş iki hat bulunmalı, her iki hatta klips ve bir hatta filtreli hazne bulunmalıdır.
4. Sistemde elde edilecek kan kardiyoplejisi sıvısının oranı 4:1 olmalıdır.
5. Sistemin tamamı 170-200 ml sıvı ile prime edilebilmelidir.
6. Sistem oluşan kan kardiyoplejiyi hastaya taşıyacak masa hattı üzerinde basınç ölçmek için üçlü musluk ve basınç kafına sahip olmalı, masa hattı pompa hattıyla post-lock sistemiyle birbiriyle birleştirilebilir olmalıdır.
7. Basınç kafında kanın dönüşünü engellemek için tek taraflı valf olmalıdır.
8. Sistemin kendine ait tutturucusu olmalıdır.

  
F. C. D. ...  
Mem. ...  
...

  
...  
...  
...

## TURNİKE SETİ, VASKÜLER TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Set içinde iki adet entegre kapaklı tüp, iki adet umblical tape olmalıdır.
2. Tüplerin uzunluğu 9-13 cm olmalıdır.
3. Setler tek kullanımlık olmalıdır.
4. Sert plastik veya PVC 'den imal edilmiş tepesi kapaklı tüp şeklinde olmalıdır.
5. İplik veya naylon tapeleri sıkıştırmak için imal edilmiş olmalıdır.
6. Açık kalp ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır
7. Turnike uçları yuvarlatılmış olmalıdır.
8. Tıkacı güvenli tutuş sağlamalıdır.
9. Turnike teli hortumdan kolay geçmelidir



1. Doç. Dr. Abdulkadir Altınbaş  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
M. H. E. B. Genel Müdürlüğü  
M. H. E. B. Genel Müdürlüğü

## TURNİKE SETİ, KANÜLASYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set içinde bir adet snare teli ve altı snare (turnike) olmalıdır
2. Turnikelerin ikisi mavi, biri kırmızı ve üçü şeffaf olmalıdır.
3. Turnikelerin uzunluğu 10-12 cm olmalıdır.
4. Setler tek kullanımlık olmalıdır.
5. Medikal pvc'den üretilmiş olmalıdır
6. Son kullanma tarihine 6 ay kala firma tarafından yenilenmelidir.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or 'M' with a long vertical stroke extending downwards. The signature is written over a faint, rectangular stamp that is mostly illegible but contains some text.A handwritten signature in black ink, consisting of a large, looped 'A' or 'A' shape with a long vertical stroke extending downwards. The signature is written over a faint, rectangular stamp that is mostly illegible but contains some text.