

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

13/01/2021

İlan No : 2021-01-177
İstem No : 57618
Alım No :
Talep Eden Birim : POLİKLİNİK DEPOLARI / Algoloji Poliklinik Stoğu
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AEC

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 15/01/2021 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	CONTİPLEX, ALGOLOJİ, 18G, 110MM	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

CONTİPLEX, ALGOLOJİ 18 G 110 mm TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kanül, özel izole edilmiş teflon kaplı olmalı ve emin sinir lokalizasyonu için iğnenin ucundan tek noktadan ileti vermelidir.
 - 2-Kanülün üzerinde, ponksiyon derinliğini gösteren uzunluk işaretli olmalıdır.
 - 3- Kanül , düzgün üst yüzeyli olmalıdır.
 - 4-Güvenli sinir lokalizasyonu için ultra ince atravmatik uçlu olmalıdır.
 - 5-Kanül ve kapiler birbirine çevirmeli bağlantı olarak konnekte edilerek uygulama sırasında sıkı bir bağlantı sağlamalı, kapiler bağlantı yerinin çevrilerek açılmasıyla stimülasyonun alındığı noktada kalmalıdır.
 - 6-Ponksiyon kanülü, stimuplex cihazına uygun elektrik kablolu ve enjeksiyon / aspirasyon için kullanıma uygun uzatma hatlı olmalıdır.
 - 7-: 15° bileyli ve
- | Çap | G | Uzunluk | Kateter Uzunluğu |
|--------|------|---------|------------------|
| 1.3 mm | 18 G | 110 mm | 1000 mm |
- olmalıdır.
- 8-Kateter, iç katman kateterin takılışını kolaylaştıracak şekilde sert poliamid, dış kısmı vücut sıcaklığında yumuşayan böylece kateterin atraumatik olmasını sağlayacak şekilde polyüretan materyalinden mamül iki katmanlı olmalıdır.
 - 9-Kateter, en az 3 adet radyoopak baryumsülfat çizgiye sahip olup ultrasonda görünürlüğü çok iyi olmalıdır.
 - 10-Kateter ucuna daha fazla esneklik vermek, kateterin girişi sırasında ve kateterin vücutta kalış süresince vasküler perforasyon riskini önemli ölçüde azaltmak için, kateter, 4 cm uzunluğunda uca doğru inceltilmiş fleksibl yumuşak, konikleştirilmiş bir uca sahip olmalıdır.
 - 11-Kateter üzerinde, ponksiyon derinliğini gösteren uzunluk işaretleri olmalıdır.
 - 12-Kateter, 0.41 x 0.71 mm çapında, 400 mm veya 1000 mm uzunluğunda olmalıdır.
 - 13-5 ml kilit uçlu enjektör olmalıdır.
 - 14-Kateter konnektörü, latekssiz, ergonomik, kolay kullanım ve güvenli bağlantılı olmalıdır.
 - 15-0.2 µm'lik epidural yassı filtre, 7 bar basınca dayanıklı ve toplam hacmi 0.45 ml olmalıdır.
 - 16-Filtre ve kateteri hastaya tespit etmek için yapışkanlı aparat olmalıdır.
 - 17-Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.
 - 18-Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

Dr. Seren ATICI
Trakya Üniversitesi Hastanesi
Nöroloji ve Rehabilitasyon A.D. Algoloji B.D.
Tic. Sic. No : 51.662

Dr. Özgür Üyesi Levent ÇELİK
Trakya Üniversitesi Hastanesi
Nöroloji ve Rehabilitasyon A.D. Algoloji B.D.
Tic. Sic. No : 51.662