

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

03/09/2021

İlan No : 2021-09-3198
İstem No : 61043
Alım No :
Talep Eden Birim : Gastroenteroloji / Gastroentoloji Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 07/09/2021 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	GUIDE WIRE, ERCP, ZEBRA, NİTİNOL, DÜZ, HİDROFİLİK, 0.035", 450CM	20	Adet					
2	SFINKTEROTOM, ÜÇ LÜMENLİ, 0.035", 30MM	20	Adet					
3	SFINKTEROTOM, İĞNE UÇLU	15	Adet					
4	STENT, BİLİYER, AMSTERDAM, 7FR, 9.0CM	15	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-lhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1. GUIDE WIRE, ERCP, ZEBRA, NİTİNOL, 0.035", 450CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Uç kısımları fleksible olmalıdır.
2. 0.035" genişlikte olmalıdır.
3. Üzerinden rahatça, ERCP kateteri, NBD, taş ekstraksiyon balonu, biliyer dilatör kaymalıdır
4. Hidrofilik olmalıdır.
5. Opak madde tutmamalıdır.
6. En az 4 m uzunlukta olmalıdır.
7. Ardışık gelen 2 renkten oluşmalıdır.

2. SFİNKTEROTOM, SFİNKTEROTOM, ÜÇ LÜMENLİ, 0.035", 30MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. E.R.C.P. işlemleri sırasında papillanın kesilebilmesi ve safra yollarının on iki parmak bağırsağına açıldığı deliği genişletebilmek amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Sfinkterotom, gereken bölgede kesi yapabilmesi için yönlendirilebilir olmalıdır.
3. Sfinkterotom, kesme telinin yarısı yalıtılmış olarak üretilmiş olmalı, bu özellik istenmeyen kesilere engel olmalıdır.
4. Sfinkterotomun lümenleri tamamen (baştan sona) birbirinden bağımsız olmalıdır.
5. Lumenler üzerinde enjeksiyon girişi, kılavuz tel girişi ayrı ayrı belirtilmiş olmalıdır.
6. Sfinkterotom 0.035" kılavuz tel ile uyumlu olarak kullanılabilir olmalıdır.
7. 2.8 mm. ve daha büyük çapa sahip skopi cihazları ile kullanılabilir olmalıdır.
8. Sfinkterotomun kesme teli 30 mm. uzunluğunda olmalıdır.

3. SFİNKTEROTOM, İĞNE UÇLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 5 Fr çapında olmalıdır.
2. İğne ucu 5 mm'den fazla çıkmamalıdır.
3. Handle bölgesi olmalıdır.
4. Fleksibilitesi uygun olmalıdır.
5. Kataterin ucu incelerek sonlanmalıdır.
6. İçinden kılavuz tel geçebilmelidir

4. STENT, BİLİYER, AMSTERDAM, 7 FR, 9.0 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 7 FR çapında olmalıdır.
2. Amsterdam tipinde olmalıdır.
3. Her iki ucunda yeterli genişlikte uç ve yan deliği ve çentiği olmalıdır.
4. 9 cm uzunlukta olmalıdır.
5. Ucu incelerek sonlanmalıdır.


Uzm. Dr. Ferzan AYDIL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Gastroenteroloji
Dip. Tes. No.: 140297-12007


Prof. Dr. Orhan SEZGİN
Mersin Univ. Tıp Fakültesi
İç Hast. ve Gastroenteroloji
(Dip. No: 8344)