

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

03/09/2021

İlan No : 2021-09-3201
İstem No : 61076
Alım No :
Talep Eden Birim : Patoloji / Patoloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

67

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 07/09/2021 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BIÇAK, FROZEN	60	Adet					
2	FORMİK ASİT	10	LT					
3	CRYOSTAT	15	Adet					
4	CYTOSPİN FİLTRE KAĞIDI	800	Adet					
5	BIÇAK, MİKROTOM, S35	60	Adet					
6	ENTELLAN KAPAMA MADDESİ, 500ML	10	ML					
7	ETANOL, ABSOLUTE	150	LT					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alınan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

MİKROTOM BIÇAĞI ŞARTNAMESİ

1. Patoloji laboratuvarında rutin çalışmalarda parafin blok yapılmış doku örneklerinin kesilmesi için kullanılacaktır. Tek kullanım özelliğinde olmalıdır.
2. 50 adetlik orijinal ambalajda olmalıdır.
3. Kesme açısı 35 derece olacaktır. Yüksek kalitede ince kesitler için bıçak keskinliği uygun olacaktır. Tek bir bıçak ile en az 30 adet blok kesilecek kalitede olmalıdır.
4. Kullanılan metal paslanmaz özellikte olmalıdır. Kullandığımız mikrotom cihazları ile uyumlu ve üzerindeki bıçak tutucusuna uygun boyutlarda olmalıdır.
5. Fonksiyonu hastanemiz patoloji laboratuvarında numune getirilerek test edilecek ve uygunluğuna karar verilecektir.
6. Sert doku için N35, rutin kesit için S35 gibi kodlarla verilmelidir.
7. Uluslar arası standartlara uygunluğu belgelenmelidir.
8. İstekli firmalar ürün numunelerini laboratuvarımıza getirmelidir. Uygunluğuna laboratuvarımızda test edildikten sonra karar verilecektir.

Doç. Dr. Hamide SAYAR
MED Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No: 59071-106265

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MED Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634

FORMİK ASİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kimyasal formülü CH_2O_2 , yoğunluğu 25 derecede 1.22 gr/ml olmalıdır.
2. Analitik grade olmalıdır.
3. Ambalaj üzerinde üretici firma adı , üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
4. Orjinal 2.5 lt lik vidalı kapaklı , nonreaktif koyu renkli cam veya plastik şişede olmalıdır.
5. Malzeme kemik dokularının dekalsifikasyonu için uygun olmalıdır.
6. İstekli firmalar ürün numunelerini laboratuvarımıza getirmelidir . Uygunluğuna laboratuvarımızda test edildikten sonra karar verilecektir.
7. Kullanılma tarihi 5 yıl sureyi kapsamayan ve açık kimyasal formülleri aynı olmayan ürünlerin teslimi kabul edilmeyecektir.
8. Teslim tarihinden itibaren 5 yıl süre ile kullanılabilir olmalıdır.
9. Kullanım sırasında bozuk olduğu saptanan ürünler ile ilgili firmaya iade edilecek olup ilgili ürünün firma tarafından tekrar temin edilmesi gerekmektedir.
10. Uygunluğu laboratuvarımızda test edildikten sonra karar verilecektir.

Doç. Dr. Hamide SAYAR
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 59071-106265

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634

FROZEN BIÇAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Paslanmaz çelikten olmalıdır
2. En az 20 adetlik ambalajda olmalıdır.
3. Otomatik sürücü kaseti içinde olmalıdır.
4. Kurumumuzda mevcut LEICE ACM 1900 frozen cihazı ile uyumlu olmalıdır
5. Numune laboratuvarımızda denendikten sonra uygunluğuna karar verilecektir.

Doç. Dr. Hamide SAYAR
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 59071-106265

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634

CYTOSPİN FİLTRE KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bölümümüzde bulunan Thermo Shandon Marka Excelsior Model cytospin cihazı kullanıma uygun olmalıdır.
2. Bir filtre kağıdı üzerinde iki yayma alanı bulunmalıdır.
3. İstekli firmalar numune getirmelidir, uygunluğuna laboratuvarımızda test edildikten sonra karar verilecektir.

Doç. Dr. Hamide SAYAR
MED Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No: 51071.106265

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MED Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634

CRIYOSTAT (TISSUE FREEZİNG MEDIUM) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Suda çözülebilmelidir.
- 2) Dokuları boyamamalıdır.
- 3) Frozen cihazında hızla donabilmelidir.
- 4) Damlalıklı olmalıdır.
- 5) Son kullanma tarihi en az 18-24 ay arasında olmalıdır.
- 6) İstekli firmalar ürün numunelerini laboratuvarımıza getirmelidir. Uygunluğuna laboratuvarımızda test edildikten sonra karar verilecektir.
- 7) Teslim edilen malzemelerin miadı dolduğu takdirde malzemeleri teslim eden firma yeni tarihli malzemelerle eskileri değiştirmekle mükelleftir.

Doç. Dr. Hamide SAYAR
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 59071-106265

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634

LAM LAMEL YAPIŖTIRICISI (ENTELLAN)TEKNİK ŖARTNAMESİ

1. Patoloji laboratuvarında preparat kapatma iŖleminde yapıŖtırıcı olarak kullanıma uygun sentetik özellikte olmalıdır.
2. Orijinal ambalajında 500ml.lik cam ŖiŖelerde olmalıdır.
3. Ksilen esaslı ve berrak olmalıdır.
4. AkıŖkanlıđı kapatma iŖlemin de probleme neden olmamalıdır.
5. Özellikleri laboratuvar Ŗartlarında numune test edildikten sonra onay verilecektir.
6. Ürün son kullanma tarihi en az 18-24 ay olmalıdır.
7. Teslim edilen malzemelerin miadı dolduđu taktirde malzemeleri teslim eden firma yeni tarihli malzemelerle eskileri deđiŖtirmekle mükelleftir.
8. Ürünün CE belgesi bulunmalıdır.
9. Kapatma iŖlemi sonrasında arŖiv Ŗartlarında antioksidan bileŖimi ile boyanın solgunlaŖması engellenmelidir.
10. Çabuk kurumalıdır.
11. Bölümümüzde kullanılan rutin boyama kapama cihazına uygun alınmalıdır
12. Malzeme laboratuvarımızda denendikten sonra uygunluk verilecektir.

Doç. Dr. Hamide SAYAR
MEÜ Sađlık AraŖtırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 59071-106265

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sađlık AraŖtırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634