

**T.C.**  
**MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**DÖNER SERMAYE İŞLETME**  
**TEKLİF İSTEME FORMU**

10/09/2021

İlan No : 2021-09-3320  
İstem No : 61207  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama  
Konu : SARF VE LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 27/09/2021 15:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, SANTRAL VENÖZ, 3 LÜMENLİ, 7.0-7.5FR, 20CM	200	Adet					
2	LAM, RODAJLI	50000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571**  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

2. Kez ilana çıkılmıştır.

## 1- KATETER, SANTRAL VENÖZ, 3 LÜMENLİ, 7.0-7.5FR, 20CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter 3 lümenli olup, dış çapı 7.0-7.5 FR uzunluğu 20 cm olmalıdır.
2. Kateter poliüretandan mamul olmalı, bu malzemenin özellikleriyle vücut ısısında yumuşayarak travmaya yol açmamalı, bio uyumlu olmalı güçlü kopma direnci olmalı ve trombus oluşumuna direnç göstermelidir.
3. Radyopasitesi yüksek olmalıdır.
4. Kateterin distal ucu daha yumuşak bir materyalden imal edilmiş olmalı, bu sayede hastada kaldığı sürece damar iritasyonuna yol açmamalıdır.
5. Kateterin üzerinde cm olarak işaretlenmiş yerleştirme markerleri bulunmalıdır.
6. Kateterin her bir lümeni için klemp ve koruyucu kapakları olmalıdır. Koruyucu kapaklardan en az bir tanesi enjeksiyona açmadan izin verecek şekilde olmalıdır.
7. Setin içerisinde;
  - Bir ucu j diğer ucu düz iki taraflı kılavuz tel olmalı. Kılavuz telin tek elle manipüle edilebilmesini sağlayan plastik sürücü ve ucu koruyucu kapağı olmalıdır. Üzerinde giriş uzunluğunu gösterir işaretler bulunmalıdır.
  - 18 G'lik ponksiyon iğnesi,
  - 1 adet 5 ml'lik enjektör
  - 1 adet dilatör olmalı, dilatör ucu dokuya girişte bozulma göstermemelidir.
  - 1 adet 11'inc bistüri veya scalpel olmalıdır.


Dr. Dr. Aydin ALTUNKAN  
Sakarya Üniversitesi Hastanesi  
Kardiyoloji ve Reanimasyon  
T. No: 763

Dr. Öğrt. Üyesi Levent ÖZDEMİR  
Sakarya Üniversitesi Hastanesi  
Kardiyoloji ve Reanimasyon

## 2-LAM, RODAJLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 25.4 x 76.2 x 1mm-1.2mm ebatlarında olmalıdır.
2. 1/3 buzlu çift tarafı rodajlı olmalıdır.
3. Üzerine yazılan yazılar silinmemelidir.
4. Işığı kırmayan A kalite camdan yapılmış olmalıdır.
5. Ürünü tozdan ve nemden koruyan ambalajda olmalıdır.
6. Üretici firma ve ürün bilgisi kutu üzerinde belirtilmelidir.
7. Getirilen numune ile kutu içerisinden çıkan lamlar ebat, kalınlık ve rodaj açısından aynı olmalıdır. Uygunluk verildiği takdirde numune ve teslim edilecek diğer lamlar aynı özellikte olmalıdır.
8. Getirilen ürünler patoloji laboratuvarında kullanılan doku boyama cihazına ve kullanılan sepetlere de uygun özellikte olmalıdır.

  
Prof. Dr. Mehmet YALDIZ  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Patoloji  
Dip. Tes. No.: 47634

  
Doç. Dr. Hamide SAYAR  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Patoloji  
Dip. Tes. No.: 59071-106265