

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

24/09/2021

İlan No : 2021-09-3465
İstem No : 61325
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Yoğun Bakım / Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/09/2021 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KABLO, EKG, REUSABLE, YETİŞKİN, 3 UÇLU, SPACELABS MARKA MONİTÖR UYUMLU	7	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

ESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI LACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İbat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
/at opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

dar ÇUKUR
stane Müdür Yrd.

ÖT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

3'lü EKG LEAD SET KABLOSU TEKNİKŞARTNAMESİ

1. EKG Lead Seti bölümümüzde kullanılan hastabaşı monitör cihazlarının orijinal kablosu olmalıdır.
2. Tek yetkili satıcılık belgesi teklif ile birlikte verilmelidir.
3. EKG Kablosu hastanın EKG derivasyonlarını monitörize edebilmek üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
4. EKG Kablosu tekli orjinal ambalajında olmalıdır.
5. EKG Kablosu en az 102 cm uzunluğunda olmalıdır.
6. EKG Kablosu 3 Leadli yapıda olmalıdır.
7. Leadler renk kodlu olmalıdır.
8. Leadler sarı, yeşil ve kırmızı renkte olmalıdır.
9. Leadler SNAP yapıda, özellikle ayrılabilir yapıda olmalıdır.
10. Komple yapıda lead setleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.
11. Kullanım esnasında hastaya zarar vermeyen materyalden üretilmiş olmalıdır.
12. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
13. EKG Kablosu çok kullanımlık yapıda olmalıdır.
14. EKG Kablosu için 1 adet numune verilecek, verilen numuneler üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numune vermeyen ve verdikleri numuneler uygun olmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
15. Teklif veren firmalar kablo ihtiyacı gerektiren hasta başı monitör cihazlarının teknik servisini vermeye yetkili oldukları belgeleri teklifleri ile birlikte vermelidirler.
16. Teklif veren firmalar ürün ile ilgili referans belgesi vermelidirler.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALAKAYA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No.:129026

Prof. Dr. Ali Ertaç İSLANKÖY
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
-K. Sağlığı ve Hastalıkları-