

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME  
TEKLİF İSTEME FORMU

23/09/2021

İlan No : 2021-09-3443  
İstem No : 61330  
Alım No :  
Talep Eden Birim : RADYOLOJİ DEPOSU / Radyoloji Anjiyografi Servis Stoğu  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

A3

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/09/2021 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 8MMX30CM	1	Adet					
2	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 8MMX20CM	1	Adet					
3	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 7MMX30CM	1	Adet					
4	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 7MMX20CM	1	Adet					
5	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 6MMX15CM	1	Adet					
6	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 5MMX15CM	1	Adet					
7	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 5MMX10CM	1	Adet					
8	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 4MMX8CM	2	Adet					
9	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 4MMX6CM	1	Adet					
10	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 4MMX12CM	1	Adet					
11	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 3MMX8CM	1	Adet					
12	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 2MMX6CM	1	Adet					
13	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 2MMX4CM	1	Adet					
14	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 2MMX2CM	1	Adet					
15	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 22MMX50CM	1	Adet					
16	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 20MMX50CM	3	Adet					
17	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 16MMX40CM	1	Adet					
18	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 14MMX40CM	2	Adet					
19	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 12MMX40CM	1	Adet					
20	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL, 10MMX30CM	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

**Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, SARMAL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Coil Serebral Anevrizmalarda kullanıma uygun olmalıdır.
2. Coil materyeli Platin olmalıdır.
3. Coil Complex yapıda olmalıdır.
4. Coil dolgu kullanım amaçlı olmalıdır.
5. Coil tüm çapları 0.165"(0,42mm) çapa sahip mikrokateter ile kullanıma uygun olmalıdır.
6. Coil değişik çap ve uzunluklara sahip olmalıdır.
7. 3mm-6mm arası olan coillerin kalınlığı 0.11", 6mm-10mm arası olan coillerin kalınlığı 0.12" olmalıdır.
8. Coillerin yapısal özelliği sebebiyle:
  - a. Çap: 3-6mm / 6-10-15 mm uzunluğa sahip coiller 3, 4,5 ve 6mm'lik yerlere
  - b. Çap: 6-10mm / 20-30 mm uzunluğa sahip coiller 6, 7, 8, 9, 10mm'lik yerlere
9. Coil taşıyıcıya bağlanmalıdır.
10. Anında ayrılabilme özelliğine sahip (V-TRACK detachment sistem) olmalıdır.
11. Taşıyıcı koruma kılıfı (line) içinde olmalıdır.

**Prof. Dr. Altan YILBİZ**  
MEÜ. Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Radyoloji A.D.  
Dip. Tes. No.: 10105

**Prof. Dr. Engin KARA**  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Radyodiagnostik A.D.  
Dip. Tes. No.: 04147/14343