

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

24/09/2021

İlan No : 2021-09-3464
İstem No : 61360
Alım No :
Talep Eden Birim : Laboratuvar / Biyokimya
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/09/2021 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tes. Süresi (Gün)
1	HLA-A DOKU TİPLENDİRME KİTİ	50	Test					
2	HLA-B DOKU TİPLENDİRME KİTİ	100	Test					
3	HLA-C DOKU TİPLENDİRME KİTİ	50	Test					
4	HLA-DQ DOKU TİPLENDİRME KİTİ	50	Test					
5	HLA-DR DOKU TİPLENDİRME KİTİ	50	Test					
6	STREPTAVİDİNE	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8-Malzeme ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alım yapılacak her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
 - 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.
- SLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI DEĞERLENDİRME SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

bat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
at opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

lar ÇUKUR
lane Müdür Yrd.

DT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

HLA DOKU ANTİJENLERİ TAYİN KİTİ TEKNİK ŞARTNAME

(HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1)

- 1 Kitler, Sekans Spesifik Oligonukleotidlerin bağlı bulunduğu mikrosferlere amplikon hibridizasyonu ve Sekans Spesifik Primer Tiplendirme yöntemine dayalı olmalıdır.
- 2 Sonuçlar Fluoroanalyzer (Luminex) cihazı ile kantite edilirken pozitif reaksiyonların analizi güvenilirlik açısından göz ile yapılmamalıdır. Tüm analiz otomatik olmalıdır.
- 3 Mikrosferler 100 farklı prop bağlama özelliğinde olmalıdır ve asimetrik PCR yöntemi ile kit içerisinde temin edilen HLA antijenlerine özgü primerler ile DNA amplifiye edilmelidir.
- 4 Sadece bir amplifikasyon ve bir hibridizasyon basamağı olmalıdır. Amplifikasyon ile hibridizasyon basamağı arasında ara basamak bulunmamalıdır. Test süresi 2 saati geçmemelidir.
- 5 HLA antijen kitleri yüksek çözünürlük probe mixleri de içermelidir.
- 6 Yüksek çözünürlük ve düşük çözünürlük probe mixlerin hibridizasyonu için aynı DNA amplifikasyon ürünleri ve aynı protokol kullanılmalıdır. Yüksek çözünürlüklü çalışma için ayrı bir 2. amplifikasyon yapılmamalıdır.
- 7 Düşük ve yüksek çözünürlüklü sonuçların birleştirmelerini otomatik olarak kurulacak olan software yapabilmelidir. Birleştirme sonucunda Common allellerde %90 yüksek çözünürlüklü sonuç verebilmelidir.
- 8 Kitlerle birlikte Luminex sistemi, Tam otomatik DNA izolasyon sistemi kurulmalıdır.
- 9 İhale süresince her türlü sarf malzeme (kalibratörler, kontrol serumları, yıkama solüsyonları, numune kapları, reaksiyon ve okuma küvetleri, yazıcı kartuşları, ...vb.) ve yedek parça temini, teknik servis ve bakım hizmeti ücretsiz verilmelidir. Teslim edilen kitler ihale süreci içerisinde bitirilemediği takdirde, teslim edilen kitler bitinceye kadar (ihale bitiş tarihini takip eden 3 ayı geçmemek üzere) sarf malzeme ve yedek parça temini, teknik servis ve bakım hizmeti ücretsiz verilmeye devam etmelidir.
- 10 Kurumun belirleyeceği bir dış kalite kontrol programına ücretsiz olarak katılım sağlanmalıdır.
- 11 Miadı yaklaşan kitler, miadı bitmeden 2 ay öncesinde bildirilmek kaydı ile, daha uzun miatlı ile değiştirilmelidir.
- 12 Hastane afet planına uygun olarak teklif edilen cihaz ve sistemlerin güvenliği ilgili firma tarafından sağlanmalıdır.

Prof. Dr. Lütfiye TAMER
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Biyokimya A.D. Bask.
Etilim No: 36

Prof. Dr. M. Burak Yavuz ÇİMEN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Biyokimya A.D.
Dış. Tes. No: 2459

Streptavidine/PE

1. 85 µl ambalajda olmalıdır.
2. 1 mg/ml konsantrasyonda olmalıdır
3. Kullandığımız HLA-SSO Typing kitleri ile uyumlu olmalıdır.
4. 1 adet numune verilmelidir.
5. Ürünler uygun koşullarda, elden teslim edilecektir. Kargo ile yapılan gönderimler kabul edilmeyecektir.
6. Laboratuvarımızda bulunan Luminex 200 cihazı ile uyumlu olmalıdır.
7. Kitin çalışmadığı tespit edilirse firma ücretsiz değiştirmeyi garanti etmelidir.
8. Teklif veren firma gerekli görülmesi durumunda en az 3 gün aplikasyon desteği vermelidir.
9. Kiti sağlayan firma kit protokolünü oturtabilmeli ve gerekli eğitimi verebilmelidir.
10. Teklif veren firma teklifinde marka, model ve katalog numarası belirtecektir. Marka, model ve katalog numarası belirtilmeden teklifler geçersiz sayılacaktır.
11. Ürünler orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, katalog numarası vb. bilgiler bulunmalıdır.

Prof. Dr. Lütfül Tamer
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Biyokimya A.D. Başk.
Dip. No: 36

Prof. Dr. M. Burak Yavuz Çimen
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Biyokimya A.D.
Dip. Tes. No.: 2459