

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

27/10/2021

İlan No : 2021-10-3740
İstem No : 61787
Alım No :
Talep Eden Birim : Gastroenteroloji / Endoskopi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

NE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/10/2021 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	İĞNE, BİYOPSİ, KARACIĞER, MENGİNİ, 16G	30	Adet					
2	İĞNE, SKLEROTERAPİ, TEK LÜMENLİ, 2.3MM	30	Adet					
3	SNARE KATETERİ, POLİPEKTOMİ, ENDOSKOPİK, 2.3MMX220CM-240CM	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

2. Kez İlanına Çıkmıştır

1. İĞNE BİYOPSİ, KARACİĞER, MENGİNİ, 16G TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Tek kullanımlık olmalıdır.
2. Menghini yöntemi ile biyopsi almaya uygun dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Paket içerisinde sivri uçlu bistüri, aspirasyon için enjektör, biyopsi için içinde guide bulunan biyopsi iğnesi, enjektör ucu bulunmalıdır.
4. Enjektör üzerinde kilit sistemi olmalıdır.
5. İğnenin kalınlığı 16G olmalıdır.
6. Biyopsi iğnesi ucu özel kesim 45° açığa sahip olmalı böylece keskinliği sağlanmış olmalıdır.
7. İğne çapı işlem sırasında yeterince direnç sağlayacak kalınlıkta olmalıdır.


2. İĞNE, SKLEROTERAPİ, TEK LÜMENLİ, 2.3 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Endoskopların 2.8 mm'lik çalışma kanalında geçebilmelidir.
2. İğne ucu 5 mm'den küçük olmalıdır.
3. En az 200 cm uzunluğunda olmalıdır.

3. SNARE KATATERİ, POLİPEKTOMİ, ENDOSKOPIK, 2.3MMX 220-240 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

6. 2.8 mm çalışma kanalından geçebilmelidir.
7. Plastik dış kılıfı çıkabilmelidir.
8. Kement genişliği, 10-30 mm arasında olmalıdır.
9. 220-240 cm uzunlukta olmalıdır
10. Açılma gücü yeterli olmalıdır.


Prof. Dr. Orhan SEZGİN
Mersin Üniv. Tıp Fakültesi
İç Hast. ve Gastroenteroloji Uz.
(Dip. No: 9944 9161 N9: 41948)


Uzm. Dr. Ferhan AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Gastroenteroloji
Uzman Doktor (Dip. No: 9944 9161 N9: 41948)