

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

10/11/2021

İlan No : 2021-11-4000
İstem No : 62074
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : STERİLİZASYON POŞETİ ALIMI

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/11/2021 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	STERİLİZASYON POŞETİ, 15CMX20CM	100000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

STERİLİZASYON POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kapatılmış ambalaj açılırken kağıttan partikül koparmamalıdır.
2. Poşette sterilizasyon işlemine tabi tutulduğunda renk değiştiren buhar ve Formaldehit indikatörü bulunmalıdır.
3. Sterilizasyon poşetlerinin indikatörleri su bazlı olmalıdır.
4. Poşetin üzerinde bulunan buhar indikatör dönüşüm rengi ve Formaldehit indikatörü dönüşüm rengi farklı renge dönüşmelidir. Hangi renge dönüşeceği bildirilmelidir.
5. Poşetin kağıt kısmı EN 868-3'e uygun medikal kraft kağıt, folyo kısmı lamine film olmalıdır.
6. Lamine film en az 3 kat olmalı, delinme ve yırtılmaya dirençli olmalıdır.
7. Film kalınlığı minimum 50 mikron olmalıdır.
8. Poşetler üzerlerinde belirtilen ebatlar dâhilinde olmalıdır.
9. Poşetin gaz geçirgenliği olmalı, bakteriyel barier özellik taşımalıdır.
10. Medikal Kraft Kâğıt minimum 60 gr/m2 olmalıdır.
11. Ürünün her üç kenarında en az 3 sıra halinde yeşil lamine film fabrikasyon kapatma kanalları olmalıdır, İşlem görmüş ve işlem görmemiş üründe kapatma kanalları gözle görülür olmalıdır. Kapatma kanallarında deforme olmamalıdır.
12. Poşetin üç kenarı zarf şeklinde fabrikasyon kapatılmış olmalıdır.
13. Poşetin rahat açılabilmesi için açma yönünde parmak deliği yeri bulunmalıdır
14. Poşet sterilizasyon işlemi esnasında açılmamalı, patlamamalıdır.
15. Poşetin açma yönü belirtilmiş olmalı, işlem görmüş üründe açma sırasında kağıt yada film yüzeyde soyulma yırtılma deformasyon olmamalı, partikül oluşmamalı.
16. Tüm baskılar kağıt yüzeyde ve asıl sterilizasyon bölgesinin dışında olmalıdır.
17. Poşetin kenar kaynakları minimum 10 mm kalınlığında olmalıdır.
18. Poşetin kenar kaynak direnci minimum 2 Newton/15 mm. olmalıdır.
19. Pigment migrasyonunu önlemek için, bütün baskılar poşetin kullanım alanının dışında olmalıdır.
20. Ürün EN 868-5 standartlarına uygun olmalıdır. Üretici firma bu standardı belgelendirmelidir.
21. Ürünün sahip olduğu standartlar gereği marka, ebat ve lot numarası ve standart numarası gibi bilgiler poşet üzerinde fabrikasyon olarak basılı olmalıdır.
22. Poşette kullanılan kâğıdın Islak Kopma Dayanımı minimum MD 23 Newton, CD 13 Newton olmalıdır.
23. Poşette kullanılan kâğıdın Islak Patlama Dayanımı minimum 130 kPA olmalıdır.
24. Sterilizasyon poşetlerinin indikatörleri su bazlı olmalıdır.
25. Poşette kullanılan kâğıdın su iticiliği Minimum 32 sn olmalıdır

Prof. Dr. Gülden ERGÖZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusuy



Ayser MERİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire

