

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME  
TEKLİF İSTEME FORMU

10/11/2021

İlan No : 2021-11-4009  
İstem No : 62094  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama  
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/11/2021 15:00:00

A7

| S.No | Malzeme Açıklaması       | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|--------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | FLASTER, BEZ, 5.0MX10CM  | 300    | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 2    | KAP, İDRAR, VİDA KAPAKLI | 20000  | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 3    | İĞNE UCU, PEMBE          | 30000  | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

**Önemli 12-**Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

### 1-FLASTER, BEZ, 5.0MX10CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Boyutu 5.0mx10cm olmalıdır.
2. Her türlü cerrahi uygulamada tespit amacıyla kullanılabilmelidir.
3. Hipoallerjik olmalıdır.
4. Cilt yüzeyine tatbik edildiğinde iyi yapışmalı, suya, terlemeye dirençli olmalı ve yapışkanlığını uzun süre muhafaza etmelidir.
5. Enine, boyuna düzgün şekilde kopmalıdır.
6. Elle kopartılabilir olmalıdır.(makas kullanmayı gerektirmemeli)
7. X-Ray geçirgen olmalıdır.
8. Flaster rulosu kullanılmak üzere açıldığında yapışkanlığı alt kısımdaki bölüme geçmemelidir.
9. Kalem ile üzerine yazı yazılabilmelidir.
10. Vücut hareketini engellememelidir.

### 2-KAP, İDRAR, VİDA KAPAKLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İdrar bardağı steril, plastik ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Bardağın üzerinde içindeki sıvının miktarını gösterecek dereceli bölme olmalıdır.
3. İdrar bardağı en az 100ml hacimli olmalıdır.
4. İdrar bardağının kapağı kapatılınca içindeki sıvı çarpma düşme gibi etkilerle dökülmemelidir.

### 3-İĞNE UCU, PEMBE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable, steril ve enjektörlere uyumlu olmalıdır.
2. İğne uçları paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
3. Kan geldiğini gösterecek şeffaflıkta olmalıdır.

Dr. Hemş. Müjde MURHAN  
Mersin Üniversitesi Hastanesi

Uzm. Hemş. Raziye Nurşen ÇAVDAR  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Bakım Şişire Yardımcısı