

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

10/11/2021

İlan No : 2021-11-3999
İstem No : 62111
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : DEZENFEKSİYON VE SOLÜSYON ALIMI



Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/11/2021 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SOLÜSYON, CERRAHİ ALET YIKAMA MAKİNALARI İÇİN	300	LT					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SOLÜSYON, CERRAHİ ALET YIKAMA MAKİNALARI İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Solüsyon, kurumumuzda mevcut bulunan, dozaj pompası ile çalışan Belimed ve Amsco/Steris marka otomatik yıkama-dezenfeksiyon makinelerinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Solüsyon, hastanedeki cerrahi araçların, endoskopların ve aksesuarlarının, MIC araçlarının, konteynırların temizlenmesi amacıyla yıkama dezenfeksiyon makinelerinde kullanıma uygun olmalıdır.
3. Paslanmaz çelik, titanyum, alüminyum, silikon, pvc, cam seramik, krom, yüksek yoğunluklu polietilen v.b. yüzeyler ile geniş materyal uyumluluğuna sahip olmalı ve uyumlu olduğu materyaller listesi ihale dosyasında sunulmalıdır.
4. Solüsyon korozyif olmamalı, üretici firma beyanı **ihale dosyasında sunulmalıdır.**
5. Ürün tüm organik ve inorganik kirleri, temizleyebilmelidir.
6. Ürün yıkama sonrası aletlerin üzerinde kesinlikle leke ve iz bırakmamalıdır.
7. Solüsyonun PH' sı hafif alkali olmalıdır ve hiç bir nedenle nötralizasyon solüsyona gerek duyulmamalıdır.
8. Solüsyon berrak olmalı, içinde tortu bulunmamalıdır.
9. Solüsyonun kimyasal içeriğinde korozyon önleyiciler, sürfaktanlar ve biyolojik yapıları parçalamak için enzimler olmalıdır. Sitrik asit ve fosfat içermemelidir.
10. Solüsyon, yıkama dezenfeksiyon makinelerinde 35-60°C, aralığında temizlemeye uygun olmalıdır. Solüsyon enzimatik aktivitesini 60°C'ye kadar koruyabilmelidir.
11. Ürün konsantre olmalı, su sertliği, temizleme süresi, temizleme sıcaklığı, medikal kirin türü, miktarı ve yoğunluğu gibi parametrelere göre değişebilen 3-10 mL/L. gibi geniş bir dozaj aralığı olmalıdır. Solüsyonlar dozaj aralığı orijinal kataloğunda belirtilmiş olmalıdır.
12. Ürün Güvenlik Veri Formu (MSDS) **ihale dosyasında sunulmalıdır.**
13. EN ISO 15883-5 standardına göre tıbbi alet temizleme verimliliği için gerekleri yerine getirmiş olduğu akredite bir kuruluş tarafından verilmiş belge ile kanıtlanmalıdır. **Bu belge ihale dosyasında sunulmalıdır.**
14. Yüklenici firma teklif edilen ürün ile temas eden cerrahi aletlerde ya da cihaz parçalarında oluşabilecek üründen kaynaklanan sorunları gidermek ve sorun teşkil eden ürün olduğu takdirde yeni bir ürün ile değiştirmekle yükümlüdür.

Prof. Dr. Gülden Ç. Ç. Ç.
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu

Ayşer MERİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire

- 15.Solüsyonlar, 5 L'lik kilitli kapaklı orijinal ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde üretici adı, solüsyonun kimyasal içeriği, üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası yazmalıdır.
16. Solüsyon açıldıktan sonra mikrobiyal kontaminasyona karşı dirençli olmalı ve bu özelliğini gösteren çalışmalar istendiğinde sunulmalıdır.
- 17.Solüsyonlar, doğaya zarar vermemeli, biyo-çözünür olmalıdır.
- 18.Ürünün ağız kısmı, birimdeki makinelerin vakum pompalarının girebileceği genişlikte olmalı veya bir aparat aracılığı ile vakum pompasının solüsyon bidonuna tam olarak adaptasyonu sağlanmalıdır.
- 19.Teklif edilen ürünün temizleyici özelliği numune değerlendirme aşamasında uygunluk verilirken göz ile değerlendirme, kurumumuzda kullanılan yıkama etkinlik kontrol sistemleri (kir testi,proteğin testi, ATP gibi) ile kontrol edilip değerlendirilecektir. Testleri geçememesi halinde uygunluk verilmeyecektir.
- 20.Teklif edilen ürün, yağlayıcı solüsyonla uyumlu olmalıdır.
- 21.En uygun teklif ürünün işletme maliyetine göre belirlenecektir. İşletme maliyeti; sabit sıcaklık ve sürelerde etkin temizlik sağlayan kullanım konsantrasyonuna göre belirlenecektir.

Prof. Dr. Gülden ERSÖZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu

Ayser MERİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire