

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

25/11/2021

İlan No : 2021-11-4192
İstem No : 62291
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

1

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/11/2021 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DEZENFEKTAN, ALET, PARASETİK ASİTLİ, TOZ	90	Kg					

Mersin Üniversitesi Hastanesince cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

DEZENFEKTAN, ALET, PARASETİK ASİTLİ, TOZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün aldehit, fenol ve amonyum bileşenleri içermemelidir. Ürün % 2 konsantrasyon ile hazırlandığında en az 1000 ppm perasetik asit içermelidir, yüksek seviyeli dezenfektan olmalıdır.
2. Ürün toz formda ve en az 5 kg kovalarda olmalıdır. Çeşme suyu ile sulandırılabilir. Ürün, 24 saat süreyle aktivasyonunu devam ettirebilmeli, günlük değiştirilebilir olmalıdır.
3. Dezenfeksiyon tankına alınan solüsyon kullanım sırasında etki kaybı, renk değişimi, tortu oluşmamalıdır.
4. Endoskopların ve tüm cerrahi aletlerin manuel olarak yüksek seviyeli dezenfeksiyonunda kullanılabilir.
5. Ürün geniş materyal uyumlu (Metalden yapılmış tüm cerrahi aletler, polikarbonat, polisülfon, akril gibi non-metal materyaller, bükülebilir endoskoplar ve cam) olmalı, dosyada sunulmalıdır. Ultrasonik yıkama cihazında kullanılabilir özellikte olmalı, hazırlandıktan sonra köpük oluşturmamalıdır.
6. Ürün, patojen mikroorganizmalara (Tbc dahil bakteriler, mantarlar, HBV, AIDS ajanları dahil virüsler ve sporlar) karşı etkin olmalıdır. Bu çalışmalar **ihale dosyasında sunulmalıdır**.
7. Ürün aktivitesinin ölçülmesi için test stripleri olmalıdır.
8. Dezenfektan orijinal ambalajda mühürlü kapaklı olmalı. Ambalajı üzerinde formülasyonu, lot numarası ve kullanımla ilgili açıklamalar Türkçe yazılı olmalıdır.
9. Ürün 93/42/EEC tıbbi cihaz yönetmeliği direktiflerine göre gereklilikleri sağlamalıdır.
10. Ürünün güvenlik veri formları (MSDS) **ihale dosyasında sunulmalıdır**.
11. İdarenin gerekli, gördüğü hallerde ürünün niteliğini ve içeriğini tespit etmek üzere Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Halk Sağlığı Laboratuvarları veya kurumca yetkilendirilmiş bir laboratuvarla ürün analizi istenecektir. Analiz bedeli firmaya ait olacaktır. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.


Prof. Dr. Gulden ERSÖZ
MERSİN Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu


Ayser
Mersin Üniversitesi
Merkezi Sterilizasyon
Sorumlusu