

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

25/11/2021

İlan No : 2021-11-4197
İstem No : 62345
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

5

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/11/2021 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BASINÇ SETİ, TRANSDUCERLİ, ÇİFTLİ	570	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

BASINÇ SETİ, TRANSDUCERLİ, ÇİFTLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set kendinden yıkama sistemli ve aynı anda iki basınç birden izlemeye olanak sağlayan iki adet tek kullanımlık transducer, iki adet bağımsız yıkama ünitesi ve üçlü musluklar,iki basınç hattından oluşur.
2. Tüm muslukların üzerinde sıvı akış yönleri gösteren işaretler olmalı ayrıca musluğun kapalı yönü bir yazı ile belirtilmelidir.
3. İki transducer aynı serum hattından beslenecektir. Serum bağlantısı için bir makrodrip hazne olmalı makrodrip hazne ile transducer in bağlantı konnektörü arası yaklaşık 120 cm olmalıdır.
4. Damlama haznesinden sonra akışı kontrol etmeye veya kapamaya yarayan bir roller klemp ve transducerlere giden iki hat üzerinde akış kapamaya yarayan birer slide klemp olmalıdır. 5- Transducerden basınç kablosuna uzanan hat 34cm'den kısa olmamalıdır
5. Transducer üzerindeki flush sistemi yan port ve üç yollu musluk sızıntı ve bağlantı gevşemelerini önlemek amaçlı tek parça olmalıdır.
6. Yıkama sistemi hem çekmeli yastık hemde sıkmalı olmalıdır.
7. Sıkmalı sistem kullanıcıya akışı yavaştan tam açığa kadar kontrol etme imkânını verecek dizaynda olmalıdır.
8. Transducerlerin basınç kablosuna bağlanan konnektörleri üzerinde dışardan gelebilecek olası konnektör ıslanmalarından korunmak için muhafazası olmalı ve basınç kablosunu dışardan boşluk bırakmayacak şekilde kavramalıdır.
9. Transducer bir adet mavi çizgili basınç izleme hattı (120cmden kısa olmamalıdır.) İki adet üç yollu musluk içermelidir. Musluk kapakları mavi renkte olmalıdır ve line şeffaf olup hat tipi line üzerinde yazı ile belirtilmiş olmalıdır.
10. Transducer bir adet kırmızıçizgili basınç izleme hattı(120cm den kısa olmamalıdır.)Ayrıca iki adet üç yollu musluk içermelidir. Musluk ve kapaklar kırmızı renkli olmalıdır ve line şeffaf olup hat tipi line üzerinde yazı ile belirtilmiş olmalıdır
11. Arter hattından en az15 cm'lik bir uzatma line bulunmalıdır.
12. Basınç hatları king rezistan luer-lock uygulamalı çok iyi frekans cevabı veren PVC olmalıdır.
13. Set ayırıcı renkli kapak içermelidir.
14. Basınç setinde kullanılması muhtemel arter, CVP, PA ve LAB yapışkan etiketleri bulunmalıdır.
15. Set hastaya bağlandığında devamlı olarak 3ml/saat hızda istendiğinde bolus yıkama yapabilmelidir.
16. Basınç setleriyle birlikte Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD'nda bulunan farklı modellerdeki Anestezi cihazları ve monitörler için her bir cihaz için 2 şer adet olmak üzere Kliniğin ihtiyaç belirlediği sayı doğrultuda invaziv kablolar ve teslimat aşamasında teslim edilmelidir.

Doç. Öğr. Üyesi Mustafa AZİZOL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No: 99631

Dr. Öğr. Üyesi Aslınur SAGÜN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. Tes. No: 125751