

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

25/11/2021

İlan No : 2021-11-4198
İstem No : 62355
Alım No :
Talep Eden Birim : Patoloji / Patoloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/11/2021 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BIÇAK, MİKROTOM, S35	500	Adet					
2	BIÇAK, FROZEN	40	Adet					
3	DOKU BOYASI	15	Adet					
4	CRYOSTAT	15	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

MİKROTOM BIÇAĞI ŞARTNAMESİ (S35)

1. Patoloji laboratuvarında rutin çalışmalarda parafin blok yapılmış doku örneklerinin kesilmesi için kullanılacaktır.
2. 50 adetlik orijinal ambalajda olmalıdır.
3. Kesme açısı 35 derece olacaktır. Yüksek kalitede ince kesitler için bıçak keskinliği uygun olacaktır. Tek bir bıçak ile en az 30 adet blok kesilecek kalitede olmalıdır.
4. Kullanılan metal paslanmaz özellikte olmalıdır. Kullandığımız mikrotom cihazları ile uyumlu ve üzerindeki bıçak tutucusuna uygun boyutlarda olmalıdır..
5. Sert doku için N35, rutin kesit için S35 gibi kodlarla verilmelidir.
6. Uluslar arası standartlara uygunluğu belgelenmelidir.
7. İstekli firmalar ürün numunelerini laboratuvarımıza getirmelidir. Uygunluğuna laboratuvarımızda test edildikten sonra karar verilecektir.


Prof. Dr. Tuha KARA
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No.: 9142

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634

FROZEN BIÇAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kutunun üzerinde ve her bıçağın üzerinde markası olmalıdır.
- 2-Paslanmaz çelikten olmalıdır.
- 3-Her kutuda en az 20 adet bıçak olmalıdır.
- 4-Her model frozen cihazı ve tutucusuna uyumlu olmalıdır.
- 5-Orjinal etiketli olmalıdır.
- 6-Otomatik sürücü kaseti içinde olmalıdır.
- 7-Laboratuvardaki frozen cihazına uyumlu olmalıdır.
- 8-Firma gerekli görülen durumlarda numune göndermelidir.


Prof. Dr. Tuba KARA
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No.: 91425


Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634

DOKU BOYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cerrahi parçaların sınırlarını işaretlemek için kullanılmalıdır.
2. Özel bir boyar madde içermelidir ve bu boyar madde doku içine nüfuz etmeden sadece yüzeyini kaplamalıdır.
3. Standart histopatolojik boyarlı ile karışmamalıdır ve acil frozen işlemlerinde zaman kısıtlamasına neden olmamalıdır.
4. Boyalar farklı şişelerde 5 adet mavi, 5 adet yeşil, 5 adet kırmızı veya siyah olmalıdır.
5. Her şişe 50 ml ambalajlarda olmalıdır.
6. Numune laboratuvarımızda denendikten sonra uygunluk verilecektir.


Prof. Dr. İuba KARA
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No: 91425

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No: 42004

CRIYOSTAT (TISSUE FREEZİNG MEDIUM) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Suda çözülebilmelidir.
- 2) Dokuları boyamamalıdır.
- 3) Frozen cihazında hızla donabilmelidir.
- 4) Damlalıklı olmalıdır.
- 5) Son kullanma tarihi en az 18-24 ay arasında olmalıdır.
- 6) İstekli firmalar ürün numunelerini laboratuvarımıza getirmelidir. Uygunluğuna laboratuvarımızda test edildikten sonra karar verilecektir.
- 7) Teslim edilen malzemelerin miadı dolduğu takdirde malzemeleri teslim eden firma yeni tarihli malzemelerle eskileri değiştirmekle mükelleftir.


Prof. Dr. Tuba KARA
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No.: 91425


Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42501