

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

25/11/2021

İlan No : 2021-11-4196
İstem No : 62369
Alım No :
Talep Eden Birim : RADYOLOJİ DEPOSU / Radyoloji Anjiyografi Servis Stoğu
Konu : SARF MALZEME ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/11/2021 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATATER BALON, ANJİYOPLASTİ, OTW, 0.014", 3MMX60MMX90CM	2	Adet					
2	KATATER BALON, ANJİYOPLASTİ, OTW, 0.014", 3MMX120MMX90CM	2	Adet					
3	KATATER BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, OTW, 0.014", 4MMX60MMX90CM	2	Adet					
4	KATATER BALON, ANJİYOPLASTİ, OTW, 0.014", 4MMX120MMX90CM	2	Adet					
5	KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, OTW, 0.035", 5MMX100MMX80CM	2	Adet					
6	KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, OTW, 0.018", 5MMX80MMX150CM	2	Adet					
7	KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, OTW, 0.035", 6MMX80MMX80CM	2	Adet					
8	KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, OTW, 0.035", 6MMX120MMX80CM	2	Adet					
9	KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, OTW, 0.035", 7MMX80MMX80CM	2	Adet					
10	KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, OTW, 0.035", 7MMX120MMX80CM	2	Adet					
11	KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, OTW, 0.035", 8MMX80MMX80CM	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-lhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

0,035 PTA BALON KATETERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Balon dilatasyon kateter over the wire özelliğinde olmalıdır.
2. Balon dilatasyon kateter 0.035" Kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
3. **Balon dilatasyon kateter Semi compliant özelliğinde olmalıdır.**
4. Balon dilatasyon kateter 5F - 7 F sheath ile kullanılabilir.
5. Balon düşük profilli ve tapered olmalıdır.
6. Balon dilatasyon kateteri **3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm çap ve 20,30, 40,60,80,100, 120 150 200 250 mm** uzunlukta balon seçeneklerine sahip olmalıdır.
7. Balon dilatasyon kateter kolay lezyon geçişi sağlamak için 80 ve 135 cm shaft uzunluğu seçeneklerine sahip olmalıdır.
8. Balon dilatasyon kateter dual -layer (Nylon Polymer) malzemesinden imal edilmiş olmalıdır.
9. Balon dilatasyon kateter **shaftı Hidrofobik malzeme ile kaplanmış olmalıdır.**
10. Balon kateteri **giriş profili en fazla 1.26 mm** olmalıdır
11. Balon **geçiş profili en düşük çap için en fazla 1.75 mm** olmalıdır.
12. 3.0 mm balon dilatasyon kateterleri **en az 28 atm patlama basıncına sahip olmalıdır.**
13. Balon dilatasyon kateter üzerinde doğru yerleştirme amaçlı 2 adet radyopak **platinyum iridyum** marker bulunmalıdır.
14. Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paketlerin üzerinde uluslar arası standartlara uygun ölçüleri, kod(Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve UBB'na kayıtlı onaylanmış barkot numaraları belirtilmelidir.
15. Ürünü teslim edecek firma, mesai saatleri içerisinde tam zamanlı, mesai saatleri dışında en geç 30 dakika içerisinde ünite de bulunabilecek, Mersin ilinde ikamet eden ve Sağlık Bakanlığından onaylı klinik destek elemanı sertifikasına sahip personelinin bilgilerini içeren belgeleri sunmalı ve personelinin tam zamanlı olarak anjiyografi ünitesinde bulundurabilmelidir

Prof. Dr. Engin KAR
MÜS. Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyodiagnostik A.Ş.
Dip. Tes. No: 64147/74362

Prof. Dr. Altan YILDIZ
MÜS. Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyoloji A.Ş.
Dip. Tes. No: 10105

KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, 018" OTW TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Renal, iliac, femoral, popliteal, tibial ve peroneal arter darlıklarında ve obstrüktif lezyonların arteriovenöz diyaliz fistülü tedavilerinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Balon ile genişleyen ve kendi kendine genişleyen 2 ila 6 mm çap arasındaki stentlerin post dilatasyonunda kullanılabilir.
3. Balon kateter over the wire özelliğinde olmalıdır.
4. Balon kateter 0.035" Kılavuz tel ile kullanılabilir.
5. Balon kateter Semi compliant'tan Non compliant'a şişirilebilme özelliğinde olmalıdır.
6. Balon kateter 12 mm çapında en fazla 6F Intruder Sheath ile kullanılabilir.
7. Balon kateter 3.0 mm çapta 20 ve 40 mm uzunluk seçenekleri olmalıdır
8. Balon kateter nylon materyal olmalıdır.
9. Balon kateter şaftı, balon ve tel geçiş lümen yüzeyleri hidrofobik kaplı olmalıdır.
10. Balon kateterin patlama basıncı (Maximum RBP) büyük ebatlarda (8 mm çapa kadar) en az 14 atmosfer olmalıdır.
11. Balon kateterinin lezyonu rahat geçebilmesi için uç **giriş profili** en fazla 1.26 mm çapında olmalıdır.
12. Balon kateterinin balon **geçiş profili** en fazla 1.75 ile 2.41 mm çap aralığında olmalıdır.
13. Balon kateterin üzerinde doğru yerleşimi sağlama amaçlı 2 adet radyopak markır bulunmalıdır.
14. Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde ve paketlerin üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod(Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve UBB'na kayıtlı onaylanmış barkot numaraları belirtilmiş olmalıdır.
15. Ürünü teslim edecek firma, mesai saatleri içerisinde tam zamanlı, mesai saatleri dışında en geç 30 dakika içerisinde ünite de bulunabilecek, Mersin ilinde ikamet eden ve Sağlık Bakanlığından onaylı klinik destek elemanı sertifikasına sahip personelinin bilgilerini içeren belgeleri sunmalı ve personelinin tam zamanlı olarak anjiyografi ünitesinde bulundurabilmelidir

Prof. Dr. Engin KARA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyolojik A.D.
Dip. Tes. No: 04147/74343

Prof. Dr. Altan YILDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyolojik A.D.
Dip. Tes. No: 04147/74343