

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

02/12/2021

İlan No : 2021-12-4281
İstem No : 62400
Alım No :
Talep Eden Birim : Genel Cerrahi / Genel Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/12/2021 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	STAPLER KARTUŞU, LİNEER, KESİCİ-KAPATICI, ZIMBA YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLEN, 55MM	50	Adet					
2	STAPLER KARTUŞU, LİNEER, KESİCİ-KAPATICI, ZIMBA YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLEN, 75MM-80MM	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-**Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1.STAPLER KARTUŞU, LİNEER, KESİCİ-KAPATICI, ZIMBA YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLEN, 55MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable, Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
2. Aynı anda altı sıra zımba atma, hem de bunların ortasını kesme için kullanılmalıdır.
3. Kartuşunun ateşleme açık bacak uzunluğu 4,3 mm olmalıdır
4. Zımba çapı 0.23 mm olmalıdır
5. Kartuşunun içerisinde en az 88 adet titanyum zımba bulunmalıdır.
6. Kartuşun ateşlendiğini belirten renkli yuvalar görünmelidir.
7. Ateşlemiş veya yarı ateşlenmiş kartuş ile tekrar kullanımı engelleyen güvenlik mekanizmasına sahip olmalıdır.
8. Üzerindeki bıçak 440 derece paslanmaz çelikten üretilmiş ve bıçağın koruyucu yuvası olmalıdır.
9. İçerisindeki zimbalar maksimum hemostaz sağlayan 3 boyutlu kavrama özelliğinde olmalıdır. Bu sayede anastomoz kaçağını minimuma indirerek daha güvenli kapama gerçekleştirmelidir.
10. Aynı kartuş normal kalınlıklardaki dokularda (1.5mm) , orta/kalın kalınlığındaki dokularda(1.8mm), kalın dokularda (2.0mm) kapama yapılabilmelidir.
11. Farklı dokulara uygun boyutta zımba kullanımı, 3 sıra ve kavrayıcı zimbaları ile daha geniş alanda etkin kullanımı ile daha anastomoz hattında daha hemostatik kesme kapama yapılmalıdır.

2.STAPLER KARTUŞU, LİNEER, KESİCİ-KAPATICI, ZIMBA YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLEN, 75MM-80MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable olmalıdır.Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
2. Aynı anda altı sıra zımba atma, hem de bunların ortasını kesme için kullanılmalıdır.
3. Kartuşunun ateşleme açık bacak uzunluğu 4,3 mm olmalıdır.
4. Zımba çapı 0.23 mm olmalıdır
5. Lineer kesici stapler kartuşunun içerisinde en az 118 adet titanyum alaşımlı zımba bulunmalıdır.
6. Kartuşun ateşlendiğini belirten renkli yuvalar görünmelidir.
7. Ateşlemiş veya yarı ateşlenmiş kartuş ile tekrar kullanımı engelleyen güvenlik mekanizmasına sahip olmalıdır.
8. Üzerindeki bıçak 440 derece paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. Teklif veren firma bu özelliği gösteren evrakı ihale dosyasında sunmalıdır.
9. İçerisindeki zimbalar daha çok doku alan 3 boyutlu kavrama özelliğinde olmalıdır. Bu sayede anastomoz kaçağını minimuma indirerek daha güvenli kapama gerçekleştirmelidir.
10. Aynı kartuş normal kalınlıklardaki dokularda, orta/kalın kalınlığındaki dokularda, kalın dokularda kapama yapılabilmelidir.
11. Farklı dokulara uygun boyutta zımba kullanımı, 3 sıra ve kavrayıcı zimbaları ile daha geniş alanda etkin kullanımı ile daha anastomoz hattında daha hemostatik kesme kapama yapılmalıdır.

Prof. Dr. Tahsin ÇOLAK
Mersin Üniversitesi Hastaneleri
Genel Cerrahi ABT

Doç. Dr. Mustafa BERKEŞOĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi
Dip. Tesis No: 87941