

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

02/12/2021

İlan No : 2021-12-4278
İstem No : 62424
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Cerrahi / Çocuk Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AF

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/12/2021 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 18CH	30	Adet					
2	KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 24CH	20	Adet					
3	KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 8 CH	20	Adet					
4	KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 12CH	30	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1.. KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 18CH TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 18CH kalibrasyona uygun olmalıdır.
2. Alüminyum trokar üzerinde ısıya duyarlı pvc kateter bulunmalıdır.
3. Trokar ucu operasyonda kullanılmak üzere keskin olmalıdır.
4. X- Ray görülebilir radyopak çizgisi ve gözü bulunmalıdır. 2 cm de bir derecelendirme bulunmalıdır.
5. Ambalajı sert olmalıdır. Kateteri korumalıdır.
6. Mevcut drenaj sistemine uygun olarak bağlantı girişi funnel konnektör olmalıdır.

2. KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 24CH TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 24CH kalibrasyona uygun olmalıdır.
2. Alüminyum trokar üzerinde ısıya duyarlı pvc kateter bulunmalıdır.
3. Trokar ucu operasyonda kullanılmak üzere keskin olmalıdır.
4. X- Ray görülebilir radyopak çizgisi ve gözü bulunmalıdır 2 cm de bir derecelendirme bulunmalıdır.
5. Ambalajı sert olmalıdır. Kateteri korumalıdır.
6. Mevcut drenaj sistemine uygun olarak bağlantı girişi funnel konnektör olmalıdır.

3. KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 8 CH TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 8CH kalibrasyona uygun olmalıdır.
2. Alüminyum trokar üzerinde ısıya duyarlı pvc kateter bulunmalıdır.
3. Trokar ucu operasyonda kullanılmak üzere keskin olmalıdır.
4. X- Ray görülebilir radyopak çizgisi ve gözü bulunmalıdır. 2 cm de bir derecelendirme bulunmalıdır.
5. Ambalajı sert olmalıdır. Kateteri korumalıdır.
6. Mevcut drenaj sistemine uygun olarak bağlantı girişi funnel konnektör olmalıdır.

4. TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 12 CH TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 12FR kalibrasyona uygun olmalıdır.
2. Alüminyum trokar üzerinde ısıya duyarlı pvc kateter bulunmalıdır.
3. Trokar ucu operasyonda kullanılmak üzere keskin olmalıdır.
4. X- Ray görülebilir radyopak çizgisi ve gözü bulunmalıdır. 2 cm de bir derecelendirme bulunmalıdır.
5. Ambalajı sert olmalıdır. Kateteri korumalıdır.
6. Mevcut drenaj sistemine uygun olarak bağlantı girişi funnel konnektör olmalıdır.

Doç. Dr. Hakan TAŞKINLAR
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çocuk Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No: 19615 / 1159

Prof. Dr. ALI NAYCI
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No: 20151 / 23619