

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME  
TEKLİF İSTEME FORMU

02/12/2021

İlan No : 2021-12-4277  
İstem No : 62427  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Çocuk Cerrahi / Çocuk Cerrahi Servisi  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

5

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/12/2021 12:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                     | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|----------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | SONDA, NAZOGASTRİK, LEVİN TÜP, 8.0 FR  | 20     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 2    | SONDA, NAZOGASTRİK, LEVİN TÜP, 10.0 FR | 50     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 3    | SONDA, NAZOGASTRİK, LEVİN TÜP, 12.0 FR | 50     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 4    | SONDA, NAZOGASTRİK, LEVİN TÜP, 14.0 FR | 50     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 5    | SONDA, NAZOGASTRİK, LEVİN TÜP, 16.0 FR | 20     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 6    | SONDA, NAZOGASTRİK, LEVİN TÜP, 18.0 FR | 20     | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## 1-6.SONDA, NAZOGASTRİK, LEVİN TÜP, 8;10;12;14;16;18 FR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.
2. Non toksik ve apirojen özellikte Tıbbi PVC'den üretilmiş olmalıdır.
3. Kateter en az 121cm uzunluğunda olmalıdır.
4. Uç kısmı kapalı yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır.
5. Uç kısmına yakın yerleştirilmiş doku emilimini engelleyen 4 adet delik bulunmalıdır.
6. Boyutları kolayca tanımlayan renk kodlu konnektör bulunmalıdır.
7. Konnektör konik şeklinde olmalıdır.
8. Konnektör ucu çam uçlu enjektör ve idrar torbası ile uyumlu olmalıdır.

Doç. Dr. Mehmet TAŞKINLAR  
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Çocuk Cerrahisi A.D.  
Dipl. No: 20151 / 23619

Doç. Dr. Ali NAYCI  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Çocuk Cerrahisi A.D.  
Dipl. No: 20151 / 23619