

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

02/12/2021

İlan No : 2021-12-4272
İstem No : 62436
Alım No :
Talep Eden Birim : Hemodiyaliz / Hemodiyaliz A Odası
Konu : SARF MALZEME ALIM

8

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/12/2021 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SOLÜSYON, HEMODİYALİZ, ASİDİK, 5LT	1500	Adet					
2	SOLÜSYON, HEMODİYALİZ, BAZİK, 6LT	1500	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

ASİDİK 5 LT HEMODİYALİZ SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Asit bidonları kilitli sistem olmalı ve polietilen bidonlarda bulunmalıdır.
2. Asit solüsyon 5 lt lik bidonlarda olmalıdır.
3. Asit solüsyon, toz bikarbonat 650gr ile konsantre hemodiyaliz solüsyonu oluşturur.
4. 1 Litrelik asit konsantre hemodiyaliz çözeltisi ve 1.225 bazik bikarbonat hemodiyaliz çözeltisi 32.775 lt uygun su ile diüle edildiğinde iyon konsantrasyonları aşağıda tertipte olmalıdır.
5. Asidik Solüsyon Glukozlu olmalıdır.Etiket üzerinde belirtilmelidir.
6. Asidik ve bazik solüsyon cihaz kalibrasyonu için takım şeklinde olmalıdır.
 - a. Na+(Sodyon) :135-140 mmol/L
 - b. K+(Potasyum) :1-2 mmol/L
 - c. Ca++(Kalsiyum) :1,25-1,75 mmol/L
 - d. Mg++(Magnezyum):0,25-1 mmol/L
 - e. CL (Klorür) :105-115 mmol/L
 - f. HC03(Bikarbonat) :30-35 mmol/L
 - g. CH3COO(Asetat) :2-8 mmol/L
 - h. Glukoz: 1-2 gr/L

BAZİK 6 LT (BİKARBONATLI) HEMODİYALİZ SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bazik bikarbonat solüsyonu 6 lt'lik bidonlarda ve bidonlar kilitli kapaklı olmalıdır.
(Distile su içinde olmalıdır.)
2. Solüsyon 1 Lt'de 84gr sodyum bikarbonat içermelidir.
3. Bidonların üzerinde imal tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
4. Solüsyonların son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl olmalıdır.
5. Solüsyonların bidonları dış etkenlere karşı sağlam ve dayanıklı olmalıdır.
6. Delik,eksik,ince duvarlı ve prospektüsü okunmayan bidonlar teslim alınmayacaktır.
7. Ürünler diyaliz deposuna teslim olacaktır.

Halil Rahman EREN
Diyaliz Teknikeri

Prof. Dr. Ahmet Alper KUYUKIM
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hast. Nefroloji
Diy. Tss. No: 83/44