

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

02/12/2021

İlan No : 2021-12-4290
İstem No : 62460
Alım No :
Talep Eden Birim : Patoloji / Patoloji
Konu : LABORATUVAR MALZEME ALIMIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/12/2021 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	İMMÜNHİSTOKİMYA TEST KİTİ	1250	Test					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

ULTRA VIEW UNIVERSAL DAB DETECTION KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-İstenilen malzemeler laboratuvarımızda bulunan Ventana Benchmark XT ve ULTRA cihazı ile çalışabilecek nitelikte olmalıdır.

2-Testler in-vitro diagnostik (Teşhis amaçlı) olmalıdır.

3-Testler en az aşağıdaki malzemeleri kapsamalıdır.

Ultra view Universal DAB Detection Kit. İçindekiler:

- Ultra view Universal DAB İnhibitor veya polimer refine detection DAB konsantresi
- Ultra view Universal HRP Multimer veya polimer refine detection
- Ultra view Universal DAB kromojen veya polimer refine detection DAB substrat
- Ultra view Universal DAB H₂O₂ veya polimer refine detection peroksit kit
- Ultra view Universal DAB Copper veya DAB enhancer

Deparafinizasyon solüsyonu

Yıkama solüsyonu

Yüksek ısıya uygun buffer (tampon solüsyonu)

Yüksek ısıya uygun likid kaplama solüsyonu veya coverted

Antijen retrieval solüsyonları

Lamları etiketlemek üzere barkod etiketi

Enzim kullanılacak teknikler için protease.(0,5 U/ml)

Sinyal güçlendirilmesinin istendiği vakalar için Amplification Kit

Zıt boyama için Hematoxylin

Anti zıt boyama için Bluing Reagent , ihaledeki sarf malzemeleri ile ilgili olarak yeni kurulacak cihaza bu madde gerekmiyorsa teklif verilmeyebilir ancak cihazın immunhistokimyasal testlerle ilgili olarak gerektirdiği tüm solüsyon ve malzemeler eksiksiz ve orijinal olarak verilecektir.

4-Testlerde kullanılacak reaktifler barkodlanmış olarak gelmelidir. Bu barkodlar aracılığı ile reaktifin cinsi, seri numarası, lot numarası, son kullanım tarihi, kaç test olduğu vb. kalite kontrol bilgileri bir barkod okuyucu vasıtası ile otomatik olarak sisteme tanıtılabilir şekilde tasarlanmış olmalıdır.

5-Tampon solüsyonlar hariç diğer reaktifler kullanıma hazır ambalajında olmalıdır.

6-Reaktifler orijinal ambalajında olmalı ve ambalajlar üzerinde herhangi bir tahrifat veya sonradan yazılmış bir şey olmamalıdır.

7-Cihaz arızası sebebiyle ya da tanı koymak için yeterli bulunmayan boyamalardan oluşabilecek kayıplar ve tekrar yapılan boyamalarda kullanılan kitler firma tarafından karşılanacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Ferah TUNCEL
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Patoloji
Tels. No: 104881-98575

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No: 104881-98575

8. Kurumda ki cihaza uyumlu olmalıdır. (VENTANA BENCHMARK XT VE ULTRA)

9. Universal dab detection kit test sayısı kadar lam, lamel ve bildireceğimiz antikorlar ile birlikte soğuk zincir gönderilmelidir.

1400 TEST PRİMER ANTİKOR LAM,LAMEL VE BARKOD

ANTİKOR ADI	TEST SAYISI
CERBB2	100 TEST
CD10	100 TEST
CD34	100 TEST
BCL6	50 TEST
C4D	50 TEST
CD15	50 TEST
CD20	100 TEST
CD23	50 TEST
CD5	100 TEST
CD79	50 TEST
CK19	50 TEST
EMA	50 TEST
GFAP	50 TEST
GLYPİCAN 3	50 TEST
HMBE-1	50 TEST
LCA	50 TEST
P40	100 TEST
CYC-D1	50 TEST
SYNAPTOFİZİN	50 TEST
CROMOGRANİN	50 TEST
ER	100 TEST

Dr. Öğrt. Üyesi Ferah TUNCEL
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Patoloji
Test No: 04881-98575

Prof. Dr. Mehmet YALÇIN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No: 04881-98575