

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

02/12/2021

İlan No : 2021-12-4282
İstem No : 62476
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

Handwritten signature

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/12/2021 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TRANSFER SET, HAVALANDIRMALI, YÜKSEK HACİMLİ, TPN ÜNİTESİ İÇİN	50	Adet					
2	TRANSFER SET, HAVALANDIRMASIZ, YÜKSEK HACİMLİ, TPN ÜNİTESİ İÇİN	100	Adet					
3	TRANSFER SET, ENJEKTÖRE UYUMLU, TPN ÜNİTESİ İÇİN	400	Adet					
4	AKTARMA SETİ, ÇOKLU, SEÇİCİ, TPN ÜNİTESİ İÇİN	70	Adet					
5	İNFÜZYON TORBASİ, UV IŞIK KORUMASIZ, ŞEFFAF, 500ML	300	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1. TRANSFER SET, HAVALANDIRMALI, YÜKSEK HACİMLİ, TPN ÜNİTESİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Havalandırılmalı yüksek hacimli transfer set her türlü şişe formda kullanıma uyum sağlamalıdır.
2. Ön hazırlık işlemi gerekmeden solüsyon değiştirilebilmelidir.
3. Her türlü mediflex torbaya uyumlu olup; doluma imkana sağlamalıdır.
4. Transfer Set her türlü şişe ve flakona uyumlu olup; TPN dolumunu sağlamalıdır.
5. 24 Saat kullanıma imkan vermelidir.
6. Transfer Set DEHP ve Lateks içermemelidir.
7. Transfer Set steril ve tek tek ambalajlanmış olmalı ve ambalaj üzerinde ne ile steril edildiği, seri (LOT) numarası, son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

2. TRANSFER SET, HAVALANDIRMASIZ, YÜKSEK HACİMLİ, TPN ÜNİTESİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ile birlikte kullanılacak olan Transfer Set, tedavi protokolünde yer alan solüsyon ve ilaçların tek bir torbaya dolum yapılabilmesine olanak vermelidir.
2. Karışım hazırlamada kullanılan solüsyon bittiğinde Transfer Sette priming (ön hazırlık işlemi) gerekmeden solüsyon değiştirilebilmelidir.
3. Her türlü mediflex torbaya uyumlu olup; doluma imkana sağlamalıdır.
4. Transfer Set şişe, flakon, mediflex torba ve enjektörlerle gün içerisinde sayısız doluma olanak sağlamalıdır.
5. 24 Saat kullanıma imkan vermelidir.
6. Transfer Set DEHP ve Lateks içermemelidir.
7. Transfer Set steril ve tek tek ambalajlanmış olmalı ve ambalaj üzerinde ne ile steril edildiği, seri (LOT) numarası, son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

3. TRANSFER SET, ENJEKTÖRE UYUMLU, TPN ÜNİTESİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Her türlü enjektöre uyumlu transfer set her türlü şirinde kaynaklı konteynırların kullanımına uygun olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
2. 24 Saat kullanıma imkan vermelidir.
3. Her türlü DEHP ve Lateks içermemelidir.
4. Transfer Set steril ve tek tek ambalajlanmış olmalı ve ambalaj üzerinde ne ile steril edildiği, seri (LOT) numarası, son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

4. AKTARMA SETİ, ÇOKLU, SEÇİCİ, TPN ÜNİTESİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Valf Set steril ve tek tek ambalajlanmış olmalı ve setin içerisinde kalibrasyon torbası ve numarator bulunmalıdır.
2. 24 kanallı Comandur TPN dolum cihazına uyumlu olmalıdır.
3. Cihaz ile birlikte kullanılacak olan Transfer Set, tedavi protokolünde yer alan solüsyon ve ilaçların tek bir torbaya dolum yapılabilmesine olanak vermelidir.
4. Karışım hazırlamada kullanılan solüsyon bittiğinde Transfer Sette priming gerekmeden solüsyon değiştirilebilmelidir.
5. Transfer Set şişe, flakon, mediflex torba ve enjektörlerle gün içerisinde sayısız doluma olanak sağlamalıdır.
6. Ambalaj üzerinde ne ile steril edildiği, seri (LOT) numarası, son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

Prof. Dr. Yusuf USTA
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme B.D.
0312 233 99 00 / 233 99 01

Doç. Dr. Yalçın ÇELİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Neonatoloji
0312 233 99 00 / 233 99 01

5. İNFÜZYON TORBASI, UV IŞIK KORUMASIZ ŞEFFAF, 500 ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İlaç ya da solüsyonların dolumunun yapılacağı UV ışık korumalı EVA (Etil Vinil Asetat) yapısında olmalıdır.
 2. Torbalar steril ve tek tek ambalajlanmış olmalı ve ambalaj üzerinde ne ile steril edildiği, seri (LOT) numarası, son kullanma tarihi paketin üzerinde yazılı olmalıdır.
 3. Torba dolum girişi, uygulama seti girişi ve yedek enjeksiyon girişi olmak üzere 3 girişten oluşmalı, pratik bir şekilde asılabilmeli ve üzerindeki ölçekler açık ve net olarak okunmalıdır.
 4. Torba, 290 ile 450 nm frekans aralığında %94-99 oranında ışıktan koruma sağlamalıdır.
 5. 500 ml hacminde olmalıdır.
 6. Torba, dolumun yapılacağı cihaz ile birlikte çalışan Transfer Set'e uyumlu olmalıdır.
 7. Torba DEHP ve Lateks içermemelidir.
 8. Ürünün ambalajı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı ve onaylanmış ürün numarası (barkod) bulunmalıdır.
- **Yüklenici firma; yukarıda belirtilmiş olan ürünlerin kullanımı süresince sistemi kurması gerekmektedir.**
 - **Aşağıda özellikleri belirtilen malzemeler setlerle beraber ücretsiz olarak teslim edilmelidir.**
 - ✓ **SİLME SETİ, STERİL: 500 ADET**
 - ✓ **ÖNLÜK, KEMOTERAPİ: 100 ADET**
 - ✓ **KEMOTERAPİ HAZIRLAMA ÖRTÜSÜ: 200 ADET**
 - ✓ **ETİKET, TERMAL, RULO, 100MMX150MM: 1400 ADET**
 - ✓ **TPN TAŞIMA POŞETİ 35*56 (+5) : 200 ADET**

SİLME SETİ, STERİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüksek emiş kapasitesi ve hızına sahip olmalıdır.
2. Ürünün yapısı esnek ve güçlü olmalıdır. Tiftiklenmemelidir.
3. Ürünün kullanıldığı bölgede partikül, tüy, lif bırakmaması için pamuk ve yün içermemelidir.
4. 40*40 ebatında 'Z' şeklinde katlanmalıdır.
5. Ürün kanserojen ve alerjen içermemelidir.
6. Etilen oksit ile steril edilmelidir.

ÖNLÜK, KEMOTERAPİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kemoterapi önlüğü tüm kemoterapi işlemlerinde kullanılabilecek içerik ve dizaynda olmalıdır.
2. Tek kullanımlık (disposable) olmalıdır.
3. Önlük materyali ortamda oluşabilecek kan, alkol ve benzer sıvıların alta geçmesini önlemelidir. (fluid-repelent özelliğinde olmalı) ancak hava geçirgen dokuya sahip olmalıdır.
4. Önlük, medikal non-woven sıvı geçirmez materyalden yapılmış olmalıdır.
5. Önlüklerin kol manşetleri kullanıcıyı rahatsız etmeyecek şekilde elastiki olmalı, cerrahi eldiven giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyrılmasını engelleyecek şekilde bileği kavramalıdır.
6. Önlüğün ön kısmı ve kolları çift kanat korumalı olmalı, kimyasal ve biyolojik koruma sağlamalı ve bu özelliği sertifikalı olmalıdır. Yaka açıklığı cırt cırt (velcro) ile ayarlanabilmelidir.
7. Önlüğün boyun kısmı teri emen, sürtme ile cildi tahriş etmeyecek yumuşak kumaş biye ile çevrelenmiş olmalıdır.
8. Önlük arkadan bağlanmalı olmalı, iç ve dış bağcıkların bağlama esnasında kopmaması için bağcıklar önlüğe çapraz dikişle applike edilmiş olmalıdır.
9. Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamamalı, dikişler beden hareketleri ile açılmayacak şekilde sağlam olmalıdır.
10. Kemoterapi önlüğü vakumlu ambalaj yapılmış olmalıdır.

Prof. Dr. Yusuf USTA
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme B.
Diyadin, 2023

Doç. Dr. Yalçın ÇELİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Neonatoloji
Tic. Sic. No: 92168/58544

KEMOTERAPİ HAZIRLAMA ÖRTÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ebatları en az 40x60cm boyutlarında kabin içini tam örtecek şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır.
2. 2 katlı yapıda, alt tabakası sıvı penetrasyonu engellemek için polietilen, üst tabakası en az 28gr/m2 ağırlığında emici medikal non-xoven malzemeden olmalıdır.
3. Etilen oksitle steril edilmiş olmalıdır.

ETİKET, TERMAL, RULO,100MMX150MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Termal özellikli barkod yazıcılarda kullanılabilmelidir.
2. 100mmx150mm boyutlarda olmalıdır.
3. Kaliteli termal baskı yapabilmelidir.
4. Neme karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Termal rulodan dolayı oluşabilecek hatalar firmaya aittir.
6. 350 etiketlik termal rulo şeklinde olmalıdır.

Doç. Dr. Yalçın ÇELİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Neonatoloji
Dip. No: 92162/98544

Prof. Dr. Yusuf USTA
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Gastroenteroloji ve Hepatoloji ve Beslenme B.