

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

10/12/2021

İlan No : 2021-12-4364
İstem No : 62596
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : CİHAZ BAKIM VE ONARIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 13/12/2021 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, CİHAZ	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.


CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : GASTROSKOPİ 2 ADET		
ENDOSKOPI ÜNİTESİ	Marka : FUJINON / FUJİFLİM		
	Model : EG-530WR		
	Seri No : 9G361K288 – 9G361K289		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 09.12.2021	Var []	Yok [X]	Var [] Yok [X]

Açıklama;

Cihazlar yapılan incelemeler sonucunda hava kaçakları mevcuttur. Görüntü kayıpları yaşanmaktadır. İlgili firması tarafından onarılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
 Nurettin DİNÇER Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Kayhan DİNÇER Mersin Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Servis	 Hasan SİLEN Hastane Müdür Yardımcısı V.

Açıklama