

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

14/12/2021

İlan No : 2021-12-4386
İstem No : 62618
Alım No :
Talep Eden Birim : Tüp Bebek Merkezi(Ü.Y.T.M.) / Tüp Bebek Günübirlik
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/12/2021 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ASPIRASYON MEDYUMU, OOSİT	10	Adet					
2	GAMET HAZIRLAMA MEDYUMU, HSA'LI	2	Adet					
3	FERTİLİZASYON MEDYUMU, HSA'LI	2	Adet					
4	BÖLÜNME EVRESİ EMBRİYO KÜLTÜR MEDYUMU, HSA'LI	2	Adet					
5	BLASTOKİST KÜLTÜR MEDYUMU, HSA'LI	3	Adet					
6	HÜCRE KÜLTÜR MEDYUMU, TEK BASAMAKLI	1	Adet					
7	HÜCRE TEMİZLEME ENZİMİ, OOSİT KÜMÜLÜS	1	Adet					
8	MEDYUM KAPLAMA YAĞI	6	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

62618 NO'LU İSTEME AİT TEKNİK ŞARTNAMELER

1. ASPİRASYON MEDYUMU, OOSİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İnkübatör dışında gametlere uygun ortamı sağlamalıdır.
2. Oosit toplama işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
3. MOPS tamponlu olmalıdır.
4. Heparin içermemeli ancak ilave edilmeye uygun olmalıdır.
5. Gentamisin içermelidir.
6. Lipoik asit içermelidir.
7. Albümin kaynağı içermelidir.
8. 125 ml'lik şişelerde olmalıdır. Şişeler ısı, ışığın nüfuzunu engelleyen özel koruyucu ambalajlarda olmalıdır.
9. Phenol red ve HEPES içermemelidir.
10. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır.
11. 37°C de dengeleme sonrası kullanıma hazır olmalıdır.
12. pH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 265 +/- 5 olmalıdır.
13. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalıdır.
14. Bakteriyel endotoxin < 0,25 EU/ml.
15. Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.

2. GAMET HAZIRLAMA MEDYUMU(HSA'LI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İnkubator dışında gametlere uygun ortamı sağlamalıdır.
2. Oosit eldesi, denüstasyon ve mikroenjeksiyon işlemleri için uygun olmalıdır.
3. MOPS tamponlu olmalıdır.
4. Oda atmosferinde pH düzeyini dengelemelidir.
5. Phenol red içermemelidir.
6. HEPES içermemelidir.
7. Penisilin G içermelidir.
8. 125 ml'lik şişelerde olmalıdır.
9. Albümin kaynağı içermelidir.
10. HSA ilave edilmiş kullanıma hazır olmalıdır.
11. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır.
12. 37°C de dengeleme sonrası kullanıma hazır olmalıdır.
13. pH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 265 +/- 5 olmalıdır.
14. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalıdır.
15. Bakteriyel endotoxin < 0,25 EU/ml
16. Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.

3. FERTİLİZASYON MEDYUMU (HSA'LI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Döllenmeye uygun olmalıdır.
2. Bikarbonat tamponlu olmalıdır.
3. Hyaluronan içermelidir.
4. Phenol red içermemelidir.
5. Penisilin G içermelidir.
6. ml'lik şişelerde olmalıdır.
7. Albümin kaynağı içermelidir.
8. HSA ilave edilmiş, kullanıma hazır olmalıdır.
9. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır.
10. 37°C ve %6 CO2 ile inkubasyondan sonra kullanıma hazır olmalıdır.
11. PH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 273 +/- 5 olmalıdır.
12. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Savaş TAĞA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Min. Teş. No: 143

Prof. Dr. Faik Gökhan YAZICI
MEÜ Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Kadın Hast. ve Doğum
Dip. Tes. No: 83910

13. Bakteriyel endotoksin < 0,25 EU/ml olmalıdır.
14. Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.

4. BÖLÜNME EVRESİ EMBRİYO KÜLTÜR MEDYUMU(HSA'LI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Döllenmeden sonra 6-8 hücre aşamasına kadar embriyo kültürüne uygun olmalıdır.
2. Bikarbonat tamponlu olmalıdır.
3. Hyaluronan içermelidir.
4. EDTA içermelidir.
5. HEPES içermemelidir.
6. Penisilin G içermelidir.
7. Phenol red içermemelidir.
8. 37°C ve %6 CO2 ile inkubasyondan sonra kullanıma hazır olmalıdır.
9. 30 ml'lik Şişelerde olmalıdır.
10. Albümin kaynağı içermelidir.
11. HSA ileve edilmiş kullanıma hazır olmalıdır.
12. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır.
13. pH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 261 +/- 5 olmalıdır.
14. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalıdır.
15. Bakteriyel endotoksin < 0,25 EU/ml olmalıdır.
16. Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.

5. BLASTOKİST KÜLTÜR MEDYUMU(HSA'LI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 6-8 hücreden blastokist aşamasına kadar embriyo kültürüne uygun olmalıdır.
2. Bikarbonat tamponlu olmalıdır.
3. Hyaluronan içermelidir.
4. HEPES içermemelidir.
5. Penisilin G içermelidir.
6. Phenol red içermemelidir.
7. 37°C ve %6 CO2 ile inkubasyondan sonra kullanıma hazır olmalıdır.
8. 30 ml'lik Şişelerde olmalıdır.
9. Albümin kaynağı içermelidir.
10. HSA ilave edilmiş kullanıma hazır olmalıdır.
11. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır.
12. pH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 263 +/- 5 olmalıdır.
13. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalıdır.
14. Bakteriyel endotoksin < 0,25 EU/ml olmalıdır.
15. Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.

6. TEK BASAMAKLI HÜCRE KÜLTÜR MEDYUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Döllenmeden blastokist aşamasına kadar embriyo kültürüne uygun olmalıdır.
2. Time-Lapse embriyo görüntüleme sistemleri için özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Bikarbonat tamponlu olmalıdır.
4. Hyaluronan içermelidir.
5. HSA içermelidir.
6. EDTA içermelidir.
7. HEPES içermemelidir.
8. Gentamisin içermelidir.
9. Sodyum sitrat içermelidir.
10. Metionin içermelidir.

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan YAZICI
MEÜ. Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Dip. Tes. No: 83910

Prof. Dr. Fakı Gürkan YAZICI
MEÜ. Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Dip. Tes. No: 83910

- ## 7- HÜCRE TEMİZLEME ENZİMİ, OOSİT KÜMÜLÜS TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ## 8. MEDYUM KAPLAMA YAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. IVF ve mikromanipülasyon prosedürlerinde medyumların üzerini kaplamaya uygun olmalıdır.
2. Steril, hafif parafin yağı olmalıdır.
3. Uygun vizkozitede o olmalıdır.
4. İnsanlarda medikal kullanım için en yüksek saflıkta olduğu onaylanmış olmalıdır.
5. Steril filtre edilmiş olmalıdır.
6. Şişeler ısı değişimlerine ve ışığın nüfüzüne engel olan üzerinde üretici firma etiketi olan özel plastik koruyucularda olmalıdır.
7. 100 ml'lik Şişelerde olmalıdır.
8. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır.
9. 37°C ve %5 veya %6 CO2 ile inkubasyonu ile kullanıma hazır olmalıdır.
10. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalıdır.
11. Bakteriyel endotoxin < 0,25 EU/ml olmalıdır.
12. Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Safiye TAĞA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Diyadin Sağlık Merkezi
Diyadin, 15.05.2023

Prof. Dr. Fazlî Hakan YAZICIOĞLU
MED. SAĞ. BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Kardiyo-Ölçü ve Ölçüm Merkezi
Dip. Tes. No: 83910