

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

20/01/2022

İlan No : 2022-01-267
İstem No : 62893
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Yoğun Bakım / Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi
Konu : SARF MALZEME ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/01/2022 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, SANTRAL VENÖZ, 2 LÜMENLİ, 5.0-5.5FR, 7-10CM	30	Adet					
2	KATETER, SANTRAL VENÖZ, 2 LÜMENLİ, 4.0- 4.5 FR, 7-10CM	30	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

PEDİATRİK İKİ LÜMENLİ 4.0 FR SANTRAL VEN KATATER SETİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Seldingere ponksiyon kanülü, 0,8mm (21G) çapında, 38mm uzunluğunda olmalıdır.
- 2.Katater poliüretan ve radyoopak olmalıdır.
- 3.Kataterlerde kolay okunabilir uzunluk işareti olmalıdır.
- 4.Katater 4Fr olmalıdır.
- 5.Katater çok ince,yuvarlatılmış konik,yumuşak uçlu olmalıdır.
- 6.Kataterde tek yönlü enjeksiyona imkan tanıyan kapak olmalıdır.
- 7.Kataterde hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon klipi olmalıdır.
- 8.Kataterde farklı renklerle kodlanmış,transparan uzantı tüpleri ve bunlarda uygulamanın kısa süreli durdurulması için klemp olmalıdır.
- 9.Klavuz tel fleksible J uçlu, tek elle kullanılabilen ergonomik özel kılıfta ,uzunluk işaretli, 0,46 mm çapında , 50cm uzunluğunda olmalıdır.
- 10.Dilatör olmalıdır.
- 11.Set içerisinde ucu çevirmeli kilit bağlantılı enjektör (5ml) olmalıdır.
- 12.Şeffaf fiksasyon flasteri olmalıdır.
- 13.Bistürü olmalıdır.
- 14.Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.
- 15.Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
- 16.Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
- 17.Uluslar arası Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikasına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
- 18.Kataterin dilatatörü kolaylıkla dilatasyon yapmalı.Dilatatör damara zarar vermemeli.
- 19.Klavuz tel kolaylıkla ilerlemeli.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALAKAYA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 129026

Prof. Dr. Ali ERGÜL ARSANKÖY
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dip. Tes. No: 129026

SANTRAL VEN KATETERİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (5FR)

1. Kateter, poliüretan ve radyoopak olmalıdır.
2. Kateterlerde kolay okunabilir uzunluk işareti olmalıdır.
3. Kateter, 5Fr olmalıdır.
4. Kateter, çok ince, yuvarlatılmış konik, yumuşak uçlu olmalıdır.
5. Kateterde, tek yönlü enjeksiyona imkan tanıyan kapak olmalıdır.
6. Kateterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon klibi olmalıdır.
7. Kateterde, farklı renklerle kodlanmış,transparan uzantı tüpleri ve bunlarda uygulamanın kısa süreli durdurulması için klemp olmalıdır.
8. Klavuz tel, fleksible J uçlu, tek elle kullanılabilen ergonomik özel kılıfta, uzunluk işaretli, 0,46 mm çapında, 50cm uzunluğunda olmalıdır.
9. Dilatör olmalıdır.
10. Set içerisinde ucu çevirmeli kilit bağlantılı enjektör (5ml) olmalıdır.
11. Şeffaf fiksasyon flasteri olmalıdır.
12. İğne boyu 7-10cm olmalıdır.
13. Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.
14. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
15. Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
16. Uluslar arası Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikasına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
17. Kateterin dilatatörü kolaylıkla dilatasyon yapmalı, dilatatör damara zarar vermemelidir.
18. Klavuz tel kolaylıkla ilerlemelidir.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Arslan
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Diy. Tes. No.: 129026

Prof. Dr. Ali Ertug ARSLANKO
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Diy. Tes. No.: 129026