

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

10/01/2022

İlan No : 2022-01-85
İstem No : 62903
Alım No :
Talep Eden Birim : Göz Hastalıkları / Göz Hastalıkları Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/01/2022 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SLEEVE SETİ	5	Adet					
2	TİP UÇ, ABS, TİTANYUM, 45°, 0.9MM	5	Adet					
3	KAPSÜL BOYASI, TRYPAN MAVİSİ	20	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12-Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1. SLEEVE SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kurumuzda mevcut Alcon infinity cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Setin içinden iki adet sleeve 1 adet test odacığı ve bir adet I/A tip için tip sıkıştırıcı çıkmalıdır.
3. Sleeve setleri Alcon infinity elciğine uygun 0.9 mm kelman tipler için uygun olmalıdır.
4. Setler kesi yerinden daha kolay geçmesi için microsmooth teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

2.TİP UÇ, ABS, TİTANYUM, 45°, 0.9MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tip, kurumumuzda mevcut Alcon Infinity Cihazına ve Us Hp'sine uyumlu olmalıdır.
2. Tip titanyum malzemeden imal edilmelidir.
3. Tip üzerinde tam oklüzyon halinde aktif olan Abs (Aspiration By Pass) deliğı bulunmalıdır.
4. Tip 0,9 mm Kelman uç ve açısı 45 derece olmalıdır.
5. Tip Mukavim Pvc Bazlı, yarı şeffaf plastikten dizayn edilmiş tip sıkıştırıcısı içinde kullanıma hazır olmalıdır.
6. Tip kesisi matür kataraktın fakoemülsifikasyonuna izin verecek şekilde efektif olmalıdır.

3.KAPSÜL BOYASI, TRYPAN MAVİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Katarakt ameliyatı sırasında ön kapsülü boyamak için üretilmiş olmalıdır.
2. Enjektör veya flakon içinde en az 1,0 ml steril ürün olmalıdır.
3. % 0,05 – 0,07 oranında Trypan mavisi içermelidir.
4. PH 'sı 6,8- 7,8 aralığında olmalıdır.
5. İçerisinde toksik madde bulunmamalıdır.

Dr. Öğrt. Üyesi Özer DURSUN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göz Polikliniğı
Tic. Sic. No: 131400

Prof. Dr. Ayça YILMAZ
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göz Hastalıkları
Dip. Tec. No: 76345