

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

10/01/2022

İlan No : 2022-01-78
İstem No : 62904
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : KADAVRA TAŞIMA ARABASI ALIMI

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/01/2022 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KADAVRA TAŞIMA ARABASI, HİDROLİK, ELEKTRİK ŞARJLI	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

HİDROLİK KADAVRA TAŞIMA ARABASI ALIM TEKNİK ŞARTNAME

1. Hidrolik kadavra taşıma arabası Morglardan kadavra nakil amacına uygun olarak imalatı yapılmış olmalıdır. Bitmiş ebatları en az 210*60*38/170 cm.(-+50 mm) olmalıdır.
2. Taşıma arabasının imalatında kullanılacak çelik konstrüksiyon malzemesi AISI 304 18/10 EN AZ 20*60*2.mm Cr-Ni kutu profil olmalıdır.
3. Taşıma arabasının üst karkasına konveyör sistem makara olarak Ø16 AISI 303Cr-Ni millerden desteklenmiş 32 mm çapında rulman lı 304 AISI paslanmaz silindirler kullanılmalıdır.
4. Hidrolik kadavra taşıma arabası morg ünitelerinin 1.2.ve3. gözünden kadavra saklama havuzundan ve rahatça kadavra alabilme özelliğine sahip olmalıdır.
5. Arabanın hareket kabiliyeti iki adet 125*36 sarhoş iki adet 125*36 frenli sarhoş teker kullanılmalıdır. Tekerler ile ünitenin alt karkasının bağlantısı sağlam olarak monte edilmiş olmalıdır. Tekerler ana şaseye AISI 304 kalite cıvata ve somunla monte edilmelidir.
6. Hidrolik kadavra taşıma arabası yukarı-aşağı dikey hareketini Q60 hidrolik piston sayesinde yapmalıdır. Piston boyu 74 cm açılır sıtrok boyu 63,9 cm olmalıdır.
7. Hidrolik kadavra taşıma arabasında 12V DC 37W 1200 d/d Motor kullanılmalıdır.
8. Hidrolik kadavra taşıma arabası en az 200 kg yükü rahatça taşıyabilme özelliğine sahip olmalıdır.
9. Hidrolik kadavra taşıma arabası normal çalışma şartlarında en az 20 gün boyunca elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek şekilde şarjlı sisteme sahip olmalıdır. Kadavra arabasında kullanılacak 12 volt depolama akü 65 Amper kuru tip ve ya jel kullanılmalıdır. Akü enerjisini gösteren volt metresi olmalıdır bu volt metre arabasını tesisat panosuna konulmuş, hızlı şarj özelliğine sahip olmalıdır.
10. Hidrolik kadavra taşıma arabasının hidrolik ve elektrik tesisatının bulunduğu kısım AISI 304 paslanmaz sacdan imal edilen kabinler sayesinde su sızıntılarına karşı korunmuş olmalıdır.
11. Hidrolik kadavra taşıma arabası ünite üzerinden kumanda panelinde yukarı aşağı olarak 2 adet basmalı şalter (elle) kumanda edilebilecek şekilde üretilmiş olmalıdır.
12. Üretici firma imalat hatalarına karşı 2 yıl garanti verilmelidir.
13. Cihaz hastanemiz deposuna teslim edilecek ayrıca nakliye veya kargo ücreti talep edilmeyecektir.

U. MUHSİN TOROSLU
Makina Teknikeri


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Makina Mühendisi