

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

20/01/2022

İlan No : 2022-01-254
İstem No : 63088
Alım No :
Talep Eden Birim : Neonatoloji / Yenidoğan Yoğun Bakım
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/01/2022 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, SANTRAL VENÖZ, TEK LÜMENLİ, 2.0FR, 5-9CM	10	Adet					
2	KATETER, SANTRAL VENÖZ, 2 LÜMENLİ, 3.0FR, 5-9CM	10	Adet					
3	KATETER, SANTRAL VENÖZ, 2 LÜMENLİ, 3.5FR, 5-9CM	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KATETER, SANTRAL VENÖZ, 2 LÜMENLİ, 3.0FR, 5-9CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Küçük çocuklarda santral venöz olarak ilaç tedavisi ve parenteral beslenme yapılması amacı ile özel olarak imal edilmiş olmalıdır.
2. Kateter vücutta uzun süre bekleyebilecek ve damara zarar vermeyecek poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Kateter seldinger tekniği ile yerleştirilmeli ve işlemde kullanılacak gerekli malzemeler ile birlikte aynı ambalaj içinde olmalıdır. Yerleştirme işlemi için ayrı bir malzemeye ihtiyaç duyulmamalıdır.
4. Set içersinde aşağıda belirtilen malzemeler mevcut olmalıdır;
 - 1 adet 2 lümenli poliüretan kateter
 - 1 adet 21G çapında 42mm uzunluğunda giriş iğnesi
 - 1 adet flexible nitinol den mamul 50cm uzunluğunda 0.3mm çapında bir ucu düz ve bir ucu flexible hafızalı ve anti kink özellikli klavuz tel
 - 2 adet 3F 30mm ve 50 mm uzunluğunda dilatör
 - 1 adet bistüri
 - 1 adet 5ml şırınga
 - 1 adet 24G çapında 19mm uzunluğunda I.V. kanül
 - 2 adet injection cap
 - 1 adet fiksasyon kanadı bulunmalıdır.
5. Kateter çapı 1.05mm uzunluğu 6cm olmalı; Lümenlerinin akış hızları distal 4.4ml/min, proximal 4.4ml/min olmalıdır. Lümen çapları her iki lümen için de 22G olmalıdır.
6. Kateter ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için atravmatik özellikte olmalıdır.
7. Kateter x-ray altında görüntülenebilmesi için tamamı radyopak olmalıdır.
8. Kateterin lümenlerinin ayırt edilebilmesi için farklı renkte hublarla belirtilmiş olmalıdır. Lümenler üzerinde gerektiğinde kullanmak için klempiler bulunmalı ve çapları distal ve proximal için ayrı ayrı yazılı olmalıdır. Uzatma hatları ilaç etkileşimini engellemek amaçlı PUR dan mamul olmalıdır.
9. Malzeme numune denenerek alınacaktır. Kliniğin uygun görmediği malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
11. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az bir yıl milatlı olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen ORMAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Anst.
Neonatoloji Uzmanı
Dip. No.: 92168-58544

Doç. Dr. Yalçın ÇELİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Neonatoloji
Dip. No.: 92168/58544

KATETER, SANTRAL VENÖZ, TEK LÜMENLİ, 2.0FR, 5-9CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Küçük çocuklarda santral venöz olarak ilaç tedavisi ve parenteral beslenme yapılması amacı ile özel olarak imal edilmiş olmalıdır.
2. Kateter vücutta uzun süre bekleyebilecek ve damara zarar vermeyecek poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Kateter seldinger tekniği ile yerleştirilmeli ve işlemde kullanılacak gerekli malzemeler ile birlikte aynı ambalaj içinde olmalıdır. Yerleştirme işlemi için ayrı bir malzemeye ihtiyaç duyulmamalıdır.
4. Set içersinde aşağıda belirtilen malzemeler mevcut olmalıdır;
 - 1 adet 2 lümenli 6-9 cm poliüretan kateter
 - 1 adet 0.14inch esnek nitinol den üretilmiş, 35cm uzunluğunda bir ucu düz diğer ucu esnek hafızalı ve bükülme önleyici özellikli klavuz tel
 - 1 adet 19G giriş iğnesi
 - 1 adet dilatör
 - 1 adet bistüri
 - 1 adet 2.5 veya 5ml şırınga
 - 1 adet fiksasyon kanadı bulunmalıdır.
5. Kateter ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için atravmatik özellikte olmalıdır.
6. Katater x-ray altında görüntülenebilmesi için tamamı radyopak olmalıdır.
7. Kateter üzerinde uygulama kolaylığı sağlamak için derinlik işaretleri olmalıdır.
8. Kateter lümeninin proksimal ucunda enjeksiyon ve infüzyon kolaylığı için uzatma olmalıdır. Uzatma üzerinde gerektiğinde kullanmak için klemp bulunmalıdır.
9. Malzeme numune denenerek alınacaktır. Kliniğin uygun görmediği malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
11. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, yöntemi ile son kullanma tarihi, barkod numarası ve lot numarası belirtilmiş olmalıdır.
12. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az bir yıl miladlı olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Aysen ORMAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Hastane Hec. Uzmanı
Neonatoloji Uzmanı
Dip. No: 3296-92512

Doç. Dr. Yalçın ÇELİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Neonatoloji
Dip. No.: 92168/58544

KATETER, SANTRAL VENÖZ, 2 LÜMENLİ, 3.5FR, 5-9CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Küçük çocuklarda santral venöz olarak ilaç tedavisi ve parenteral beslenme yapılması amacı ile özel olarak imal edilmiş olmalıdır.
2. Kateter vücutta uzun süre bekleyebilecek ve damara zarar vermeyecek poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Kateter seldinger tekniği ile yerleştirilmeli ve işlemde kullanılacak gerekli malzemeler ile birlikte aynı ambalaj içinde olmalıdır. Yerleştirme işlemi için ayrı bir malzemeye ihtiyaç duyulmamalıdır.
4. Set içersinde aşağıda belirtilen malzemeler mevcut olmalıdır;
 - 1 adet 2 lümenli poliüretan kateter
 - 1 adet 22G çapında 42mm uzunluğunda giriş iğnesi
 - 1 adet flexible nitinol den mamul 50cm uzunluğunda 0.3mm çapında bir ucu düz ve bir ucu flexible hafızalı ve anti kink özellikli klavuz tel
 - 2 adet 3,5F 30mm ve 50 mm uzunluğunda dilatör
 - 1 adet bistüri
 - 1 adet 5ml şırınga
 - 1 adet 22-24G çapında 19mm uzunluğunda I.V. kanül
 - 2 adet injection cap
 - 1 adet fiksasyon kanadı bulunmalıdır.
5. Kateter çapı 1.05mm uzunluğu 5-9cm olmalı; Lümenlerinin akış hızları distal 4.4ml/min, proximal 4.4ml/min olmalıdır. Lümen çapları her iki lümen için de 22G olmalıdır.
6. Kateter ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için atravmatik özellikte olmalıdır.
7. Katater x-ray altında görüntülenebilmesi için tamamı radyopak olmalıdır.
8. Kateterin lümenlerinin ayırt edilebilmesi için farklı renkte hublarla belirtilmiş olmalıdır. Lümenler üzerinde gerektiğinde kullanmak için klempier bulunmalı ve çapları distal ve proximal için ayrı ayrı yazılı olmalıdır. Uzatma hatları ilaç etkileşimini engellemek amaçlı PUR dan mamul olmalıdır.
9. Malzeme numune denenerek alınacaktır. Kliniğin uygun görmediği malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
11. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az bir yıl milatlı olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen ORMAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve H. A. Uzmanı
Neonatoloji Uzmanı
Dip. No.: 9256/92512

Doç. Dr. Yalçın ÇELİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Neonatoloji
Dip. No.: 92168/5854