

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

20/01/2022

İlan No : 2022-01-269
İstem No : 63180
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Enfeksiyon / Çocuk Enfeksiyon Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

6T

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/01/2022 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAŞLIK OKSİJEN İÇİN, HOOD	32	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

HEAD-BOX (O2 HOOD DAYANIKLI MATER) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Çocuklarda baş kısmından yerleştirilerek istikrarlı ve düzgün oksijen akışını sağlamak amacına uygun özellikte olmalıdır.
- 2- IV sıvı hatları oksijen analizörleri veya EKG hatları için taban kısmında, üstte ve yanda giriş portları bulunmalıdır.
- 3- Giriş kısmı düz diğer kısımları kubbe şeklinde olmalıdır.
- 4- Oksijen akışını oksijen başlığının duvarına doğru yönlendirecek aparatı olmalıdır.
- 5- Giriş kısmında çocuk ile oksijen başlığı arasında tampon vazifesi görecek silikon, ayrılabilir ve kesilebilir perdesi bulunmalıdır.
- 6- Kırılmaya ve ezilmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
- 7- Oksijen başlığı ile birlikte 2 adet gaz deflektörü, 2 adet akım yönlendirici, 1 adet silikon kesilebilir özellikte perde verilmelidir.
- 8- Ebatları 25cm x 25 cm x 15 cm -30cm x 30cm x 20cm arasında olmalıdır.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Arş. Uzm. Dr. Mehmet AKÇA
Çocuk Sağlığı ve Enfeksiyon Hast.
Dış. Tes. No: 156383

Prof. Dr. Neddet KUYUCU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D.
Dış. Tes. No: 2706-55813