

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

08/02/2022

İlan No : 2022-02-481
İstem No : 63382
Alım No :
Talep Eden Birim : Genel Cerrahi / Genel Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/02/2022 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TÜP, ENDOTRAKEAL, SİNİR MONİTÖRÜ UYUMLU, NO:6,5	10	Adet					
2	TÜP, ENDOTRAKEAL, SİNİR MONİTÖRÜ UYUMLU, NO:7	10	Adet					
3	TÜP, ENDOTRAKEAL, SİNİR MONİTÖRÜ UYUMLU, NO:7.5	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TÜP, ENDOTRAKEAL, SİNİR MONİTÖRÜ UYUMLU, NO:6,5- 7-7.5

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün, tiroid cerrahisinde kullanılmak üzere tasarlanmış tek kullanımlık ve steril bir Emg yapabilen endotrakeal tüp olmalıdır.
2. Ürünün 6mm, 6,5mm, 7mm, 7,5mm çaplarında seçenekleri olmalıdır. Firma hastanenin istemine göre ebatları teslim etmelidir. İstenirse tüp çaplarının değişimini firma teslimattan sonra dahi yapmalıdır.
3. Ürün spiralli olmalıdır.
4. Endotrakeal tüp üzerinde tüpün hangi ölçüde olduğunu gösteren bilgi yer almalıdır.
5. Ürün, Cerrahi sırasında Rekürren Laringeal, Süperior Laringeal ve Vagus sinirlerinin EMG aktivasyonunun monitörlemesinde kullanılmalıdır.
6. Vokal Kordlardan daha iyi sinyal alınabilmesi açısından ürün çift kanallı olmalıdır.
7. Ürün entübasyon tüpü ve tüp üzerinde sağ ve sol vokal kordlara denk gelecek şekilde yerleştirilmiş dört parça alıcı kısımdan oluşmalıdır.
8. Sinyallerin kaliteli işlenebilmesi amacı ile elektrodların her birinin aralığı en az 4mm ve uzunluğu en az 25mm olmalıdır.
9. Ürünün iki kablo uzunluğu en az 150cm +/-%10 boyunda ve karışıklığı önlemek amacıyla farklı renklerde olmalıdır.
10. Tüp, entübasyonu kolaylaştırmak için referans olabilmesi amacı ile, 16.cm'den başlamak üzere 1cm ara ile işaretlenmiş olmalıdır.
11. Konnektör uçları 42802 Din normundaki girişlere uyumlu olmalıdır.
12. Ürünün raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
13. Ürünün orijinal barkod numarası olup, UBB'de kayıtlı ve sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır.
14. Ürünler SUT'de belirtildiği gibi Medula sistemine kaydedilmiş olmalıdır.

Doç. Dr. Mustafa BERKEŞOĞLU
Mersin Üniversitesi Hastane
Genel Cerrahi
T.C. Kimlik No: 87941

Prof. Dr. Tahsin ÇOLAK
Mersin Üniversitesi Hastane
Genel Cerrahi
T.C. Kimlik No: 87941