

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

07/03/2022

İlan No : 2022-03-705
İstem No : 63612
Alım No :
Talep Eden Birim : Kardiyoloji / Kardiyoloji Koroner Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/03/2022 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2MMX10-12MM	5	Adet					
2	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2MMX13-14MM	5	Adet					
3	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2MMX15-16MM	5	Adet					
4	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2MMX17-18MM	5	Adet					
5	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2MMX19-21MM	5	Adet					
6	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2MMX22-25MM	5	Adet					
7	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2MMX26-29MM	5	Adet					
8	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2MMX30-33MM	2	Adet					
9	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2MMX34-38MM	2	Adet					
10	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 2MMX8-9MM	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,siliniş,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Koroner arter stentlemesine uygun yapıda olmalıdır.
2. Stent yan dal geçişlerine uygun olmalıdır.
3. Stent, balon kateter üzerine yüklenmiş ve direkt stent uygulamalarına olanak vermelidir.
4. Stent kalsifik ve tortuoz lezyon geçişleri için güçlü radyal force ve flexibiliteye sahipt olmalı ve balon üzerinden sıyrılmamalıdır.
5. Stent üzerine yüklenen ilaç Everolimus, Zotarolimus, veya Biolimus olmalıdır.
6. Stentin materyali kobalt –krom olmalı ve MR görüntülemeye güvenli olmalıdır.
7. Taşıma sistemi balonu semi-kompliyan ve giriş profilini düşürecek şekilde teknolojiye sahip olmalıdır.
8. Stentin üzerine krimp edildiği balon yüksek basınca dayanıklı teknoloji ile yapılmalıdır ve minimum patlama basıncı 15 atm olmalıdır.
9. Stent taşıma sistemi 0.014" klavuz tel ile uyumludur.
10. Stent iletim sisteminin proximal şaft çapı en fazla 2.3F, distal şaft çapı en fazla 2.7F olmalıdır.
11. Stentin strut kalınlığı en fazla 0.0036" (inch) olmalıdır.
12. Stent 5 F guiding kateter ile kullanılabilmelidir.
13. İletim sisteminin üzerinde 2 adet radyopak marker bulunmalıdır.
14. Üretilen son jenerasyon ürün olmalıdır.

Minever ÇAYDAR
Kardiyal Anitograf
Sorumlu Temsilcisi

Öğr. Gör. Dr. İbrahim YILMAZ
Tatvan Üniversitesi Hastanesi
Kardiyoloji
Dip. No: 255780

Prof. Dr. İ. Türkay ÖZCAN
Mersin Üniv. Tıp Fakültesi
KARDİYOLOJİ AD. BAŞKANI
Dip. No: 25500