

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

07/03/2022

İlan No : 2022-03-709
İstem No : 63677
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMIMI

6 T

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/03/2022 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KANÜL, TRAKEOSTOMİ, BALONLU, NO:3.5	50	Adet					
2	KANÜL, TRAKEOSTOMİ, BALONLU, NO:4	50	Adet					
3	KANÜL, TRAKEOSTOMİ, BALONLU, NO:4.5	50	Adet					
4	KANÜL, TRAKEOSTOMİ, BALONLU, NO:5	50	Adet					
5	KANÜL, TRAKEOSTOMİ, BALONLU, NO:5.5	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR


Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1-5. KANÜL, TRAKEOSTOMİ, BALONLU, NO:3.5, NO:4, NO:4.5, NO:5, NO:5.5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Thermoplastik, non –toksik, termosensitiv şeffaf PVC’den imal edilmiş olmalıdır.
2. Kaf yapısı yumuşak ve trakeal mukozaya daha az zarar veren saten yapıda ve en az şekilde temas edecek özel görüntü kesimli olmalıdır. Kafi düşük basınç yüksek hacim özelliğine sahip olmalıdır.
3. Kafın pilot balonunun tek yönlü valf sistemi olmalı ve üzerine tüpün iç çapı ve markası yazılı olmalıdır.
4. Kanülün açısı anotomik yapıya en uygun yerleşimi sağlamak amacıyla 105 olmalıdır.
5. Kanülün tam yerinde olduğunun tespiti için radyopak mavi çizgi tüp boyunca izlenebilmelidir.
6. Şeffaf tespit kanatları, maksimum hasta konforunu sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
7. Tespit kanadı üzerinde malzemenin markası, iç ve dış çapı kanülün uzunluğu yazılmalıdır.
8. Kanülün içindeki mandren (obturator), kanülle tam uyumlu olmalı ve güvenli kullanım için sağ ya da sola çevrilerek çıkarılmalıdır.
9. Obturatorün ortası, gerektiğinde içinden rehber tel geçecek şekilde delik olmalıdır. Rehber telin, kanülün konnektör kısmından kanülün uç kısmına kadar rahat ve güvenli ilerlemesini sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olması gerekmektedir.
10. Ürün lateks içermemelidir.
11. 15 mm’lik tüm standart devre bağlantılarına uymalıdır.
12. Paketin içinde trakeostomi kanülü; obratür, kanül tespit bağı ve başka bağlantılarla karışmaması için tanıtıcı yapışkan bandı bulunmalıdır.


Dr. Öğr. Üyesi Hakan TAŞKINLAR
MEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi
Cerrahi Tıp Anabilim Dalı
Dip.Tes.No 1063/2012


Dr. Öğr. Üyesi Caner İSLAM
Atatürk Göğüs Hastane
Akademi Çocuk Cerrahisi A.B.D
Dip.Tes.No: 134299/11m Tes.No: 1063/2012