

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

10/03/2022

İlan No : 2022-03-761
İstem No : 63698
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 13/04/2022 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DREN, HEMOVAC, TEKLİ, 6-10CH, 25-50CC	30	Adet					
2	DREN, HEMOVAC, ÇİFTLİ, 14FR, 350-500CC	200	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-**Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

3. Kez Dışarıya çıkılmıştır.

1-DREN, HEMOVAC, TEKLİ, 6-10CH, 25-50CC TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mini doku drenaj seti cerrahi girişimlerden sonra biriken sıvıların düşük negatif basınç ile drenajını sağlamalıdır.
2. Doku drenaj seti maksimum toplama için kolay hava boşaltma özelliğine sahip olmalıdır.
3. Doku drenaj seti maksimum sıvı toplama için körüklü haznesi sıkıştırıldığında bantlı valfi sayesinde körük içindeki hava kolayca boşaltılabilmelidir.
4. Doku drenaj seti tek iğneli olmalı ve iğne paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
5. Mini doku drenaj seti tekli ve steril paketlerde sunulmalıdır.
6. Mini doku drenaj seti medikal nitelikte DEHP içermeyen PVC malzemeden olmalıdır.
7. Mini doku drenaj seti lateks içermemelidir.
8. Mini doku drenaj seti redon drene sahip olmalıdır.

Dr. İsa KULU

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Dr. Öğr. Üyesi Çarlar İsmail
Marmara Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Akademi Çocuk Cerrahisi A.D.
Dış Tel: No: 130250 İçer Tel: No: 130250

2-DREN, HEMOVAC, ÇİFTLİ, 14FR, 350-500CC TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ameliyatlı alanda oluşan seröz sıvı/mayı drenaj yoluyla boşaltmayı sağlamalıdır.
2. Ürün steril, tekli paketlerde disposable olmalıdır.
3. Doku drenaj seti medikal nitelikte DEHP içermeyen PVC malzemeden yapılmış olmalıdır.
4. Ürün içeriğinde rezervuar, redon dren ve konikal paslanmaz çift çelik iğne ile bağlantıyı sağlayan ara bağlantı hortumu bulunmalıdır.
5. Doku drenaj seti latex içermemelidir.
6. Doku drenaj seti maksimum toplama için kolay hava boşaltma özelliğine sahip olmalıdır.
7. Doku drenaj setinde dren boyutuna göre kesilebilen konektör bulunmalıdır.

Doç. Dr. Mustafa BAKAR
Mersin Üniversitesi Hastane
Genel Cerrahi
Dip. No: 67041

Prof. Dr. Hakan CANBAZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi A.D.
Dip. No: 67049-67077