

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

08/04/2022

İlan No : 2022-04-1108
İstem No : 64038
Alım No :
Talep Eden Birim : Gastroenteroloji / Endoskopi
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

24

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/04/2022 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MANOMETRİ KATETERİ, ÖZEFAGUS, YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ, SULU SİSTEM, 4.2MM	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

**MANOMETRİ KATETERİ, ÖZEFAGUS, YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ, SULU SİSTEM, 4.2MM TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

1. Teklif edilen cihazın kateteri solid state, tekrar kullanılabilir, dairesel (circumferential) basınç ölçer nitelikte olmalıdır.
2. Teklif edilen cihazın kateteri su perfüzyonuna ihtiyaç duymadan kateter üzerine monte edilmiş elektronik solid state basınç algılayıcıları ile çalışmalı ve özofagus ölçümleri için tasarlanmış olmalıdır.
3. Solid state kateter, 36 dijital fiziksel, dairesel (circumferential) basınç sensörüne sahip olmalıdır. Her bir sensör, üzerindeki 12 ayrı noktadan ölçüm yapabilmelidir.
4. Solid state kateter, toplamda 432 ayrı noktadan ölçüm yapabilir özellikte olmalıdır.
5. Solid state kateterin, yanyana sensörler aralığı 10.0 mm olmalıdır.
6. Solid state kateterin çapı, 4.2 mm olmalıdır.
7. Solid state kateter, Chicago Sınıflandırma kriteri verilerine uyumlu değerlendirme yapılabilmesini sağlayan verileri ölçebilir olmalıdır.
8. Solid state kateter, kateteri koruyucu ve çarpaz kontaminasyonu önleyici, her işlemde değiştirilen, koruyucu bir kılıf ile kullanıma uygun olmalıdır.
9. Solid state kateter, uygun sıvı dezenfektanlar yardımı ile dezenfekte edilebilir olmalıdır.
10. Solid state kateter üzerinde, distalden proximale doğru artan ve proximaldeki sensörden sonra başlayan, cm olarak ölçüm birimi olmalıdır.
11. Teklif edilen kateter, klinikte bulunan yüksek çözünürlüklü manometri cihazı ile çalışmaya uyumlu olmalıdır.

Prof. Dr. Fehmi ATEŞ
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İç Hast. A.B.D. Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No : 1526 Tes. No : 80718

Prof. Dr. Orhan SEZGİN
Mersin Univ. Tıp Fakültesi
İç Hast. ve Gastroenteroloji Uzm.
(Dip. No. 3341 Sic. No. 3341)