

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

08/04/2022

İlan No : 2022-04-1120
İstem No : 64107
Alım No :
Talep Eden Birim : Üroloji / Üroloji Servisi
Konu : FLEXİBLE ÜRETROFİBEROSKOP ALIM

67

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/04/2022 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ÜRETERORENO FİBERSKOP, FLEXIBLE	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-lhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

FLEXİBLE ÜRETROFİBEROSKOP TEKNİK ŞARTNAME VE GENEL HÜKÜMLERİ

1. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

- Tekliflerle birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi. Teklif edilen malzemelerin şartnameye uygunluk belgelerinin sunulması
- Teklif veren firmalar aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadanseti oluşturan kalemlerin her birine teklif vermelidir. Kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.
- Seti oluşturan parçalaraşağıda belirtilen özellikleri taşımalı ve bu parçalar birbiri ile uyumlu çalışmalıdır.

2. GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI

Teklif edilen cihazlar en az 2 (iki) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, imalatçı firmanın vermiş olduğu Garanti Belgesi teklife eklenecektir. Garanti süresinin dolmasından itibaren 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis garantisi verilecek, imalatçı firmanın yedek parça ve servis temini garanti belgesi de teklife eklenecektir.

Teklif edilen üretero-fiberskop aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır,

- Enstrüman kanalı : 3.6 Fr
- Görüş yönü: 0°
- Görüş açısı: 87-90°
- Çalışma uzunluğu : 67-69 cm
- Şaft dış çapı : En az 7.5 Fr olmalıdır. Ayrıca 9,5/11 Fr access sheat den rahatça ve sıvı akışkanlığı sağlanacak şekilde geçmelidir. Bölüm tarafından bu madde için demonstrasyon istenerek karar verilecektir.
- Defleksiyon açısı yukarı ve aşağı en az 270° olmalıdır.
- Diagnostik ve terapötik uygulamalar için kullanıma uygun olmalıdır.
- Hem gaz hem sıvı solüsyon ile steril edilebilmelidir.
- Aşağıdaki aksesuarlar ile birlikte verilmelidir.

1 adet çanta

1 adet basınç kompanse kepi

1 adet kaçak test aparatı

1 adet temizleme fırçası

1 Adet Kavrama Forsepsi

- Fleksibil uretero fiberskopun enstrüman kanalı içerisinde kullanılabilirdir.
- Çift çene hareketli, maksimum 3 Fr çapında ve minimum 100 cm uzunluğunda olmalıdır.

1 Adet Biyopsi Forsepsi

- Fleksibil uretero fiberskopun enstrüman kanalı içerisinde kullanılabilirdir.
- Çift çene hareketli, maksimum 3 Fr çapında ve minimum 100 cm uzunluğunda olmalıdır.

Doç. Dr. Mesut TEK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Üroloji
Dip. Tes. No: 107411

Prof. Dr. Erdem AKBAY
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji
Dip. Tes. No: 107411