

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

08/04/2022

İlan No : 2022-04-1126
İstem No : 64137
Alım No :
Talep Eden Birim : Patoloji / Patoloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/04/2022 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BLOK ARŞİV DOLABI	10	Adet					
2	LAM ARŞİV DOLABI, ÇEKMECELİ	30	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat veriliip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemeilerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

LAM ARŞİV DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Dolap ölçüleri 43x42x13 cm olmalıdır
- 2- Dolap saç kalınlığı 0,80 mm. olmalıdır
- 3- Her bir dolap 12 sürgülü çekmecedan oluşmalıdır
- 4- Çekmeceler rahat çalışmalı, çekmece kulpları 1.5 mm kalınlığında olmalı, her bir çekmece yaysız 220, yaylı 120 lam alabilmelidir.
- 5- Dolaplar üst üste konulunca kaymaması için özel sistemi olmalı, altında baza üstünde kapağı olmalıdır
- 6- Dolaplar en az 25 adet üst üste konulunca ezilme olmayacak sağlam yapıya sahip olmalıdır
- 7- Dolaplar 180-200°C de fırınlanmış elektrostatik toz fırın boya ile boyanmalıdır
- 8- Ürün ISO 9001:2000 kalite belgeli olmalıdır ve bu belge teklifle birlikte sunulmalıdır.
- 9- Kullanılan lam boyutlarına uygun olmalıdır.


Doç. Dr. Feran TUNCEL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Patoloji

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634

BLOK ARŞİV DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dolap çekmecelerden oluşmalıdır.
2. Bir dolap 10-12 çekmece içermelidir.
3. Bir çekmece kaset boyutlarına uygun olarak bölünmüş 12 bölmeden oluşmalıdır.
4. Bir çekmece 450-500 kaset alabilmelidir.
5. 0,8mm kalınlığında paslanmaz sacdan yapılmalıdır.
6. Elektrostatik fırın boyalı olmalıdır.
7. Ürün ISO 9001:2000 kalite belgeli olmalıdır ve bu belge teklifle birlikte sunulmalıdır.


Doç. Dr. Feran TUNCEL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Patoloji


Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634