

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

08/04/2022

İlan No : 2022-04-1112
İstem No : 64173
Alım No :
Talep Eden Birim : Ameliyathane / Merkez Ameliyathane
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/04/2022 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KABLO, ARA BAĞLANTI, KOTER PLAĞI, REUSABLE	15	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KABLO, ARA BAĞLANTI, KOTER PLAĞI, REUSABLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kurumumuzda mevcut olan Covidien veya Petaş marka cihazların girişleri aynı olduğu için her iki cihaza da uyumlu olmalıdır.
2. Ürün reusable olmalıdır.
3. Kablo, koter cihazı ile birlikte kullanılacak olan disposable koter plağı arasındaki bağlantıyı sağlamalıdır.
4. Kablonun koter plağı ile bağlantıyı sağladığı tutaç kısmı klemp şeklinde olmalıdır.
5. Kablo çiftli (split) koter plakları ile kullanılabilmelidir.
6. Kablonun uzunluğu en az 4,5 metre olmalıdır.
7. Ürünün buhar ve plazma ile sterilizasyonu yapılabilmelidir.
8. Kablo kullanılacak olan koterin girişlerine uygun olmalıdır.

Doç. Dr. Mustafa BERKEŞOĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi
Dip. Tes. No: 187941

Prof. Dr. Ahmet DAĞTEKİN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No: 54252/61354