

T.C.  
**MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**DÖNER SERMAYE İŞLETME**  
**TEKLİF İSTEME FORMU**

08/04/2022

İlan No : 2022-04-1114  
İstem No : 64193  
Alım No :  
Talep Eden Birim : RADYOLOJİ DEPOSU / Radyoloji Anjiyografi Servis Stoğu  
Konu : SARF MALZEME ALIMIMI

67

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/04/2022 15:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                                                | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | GUIDE WİRE, ANJİOPLASTİ, REKANALİZASYON AMAÇLI, 0,014", 300CM     | 30     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 2    | GUIDE WİRE, ANJİOPLASTİ, REKANALİZASYON AMAÇLI, 0,014", 180-190CM | 30     | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

**Önemli 12-**Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## 0,014 Hi-Torque 40-80-200 Guide Wire Teknik Şartnamesi

1. Kılavuz tel 180 ve 300 cm uzunluklara sahiptir.
2. Telin dış çapı 0.014 inch' tir.
3. Telin distal ucunun 5 mm kısmı çıplaktır.
4. Telin 5 mm' lik uç kısmı hariç distal kısmı polimer ve dayanıklılığını arttırmak üzere güçlendirilmiş hidrofilik malzeme olan Turbocoat' la kaplıdır.
5. Tel uygulanan torque' u 1:1 iletir.
6. Uç ağırlıkları 4.8 -9.7 – 13 gr' dır.
7. Telin penetrasyon kuvvetleri 40 -80-200 kg/in2 dir.
8. Telin çekirdeği kuvvetlendirilmiş çelik olan Durasteel' den imal edilmiştir.
9. Telin distal kaplaması hidrofildir.
10. Telin ucu tip-to-core tasarıma sahip olacak şekilde tek parçadır.
11. Telin uç çapları tapered olacak şekilde 0.012 -0.009 inch' tir ve kıvrımlı damarlarda ilerlemeyi kolaylaştıracak parabolik dizayna sahiptir.
12. Telin coil uzunluğu 3 cm' dir.
13. Radyo opak kısmı platinyum-nikel' den yapılmış olup 3 cm uzunluğundadır.

Prof. Dr. Engin KARA  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Radyasyon Fizik Uzmanı  
Diyarbakır 0474 231 17 34

Prof. Dr. Altan YILDIZ  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Radyasyon Fizik Uzmanı  
Diyarbakır 0474 231 10105

