

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

08/04/2022

İlan No : 2022-04-1115
İstem No : 64196
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/04/2022 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SLENCER, VENTİLATÖR İÇİN, SLE	1	Adet					
2	24 AYLIK BAKIM SETİ, VENTİLATÖR İÇİN, SLE	2	Adet					
3	POWER SUPPLY, VENTİLATÖR İÇİN, SLE	1	Adet					
4	TRANSDUCER PCV KARTI, VENTİLATÖR İÇİN, SLE	1	Adet					
5	48 AYLIK BAKIM SETİ, VENTİLATÖR İÇİN, SLE	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :Ventilatör Cihazı(2 Adet)		
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi	Marka :SLE		
	Model : 4000		
	Seri No : 1:41989(2008), 2:41990(2008)		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 06.04.2022	Var []	Yok [X]	Var [] Yok [X]

Açıklama; Cihazlar çalışmamaktadır. Yetkili firması tarafından yapılan kontrolünde cihazların aktif olarak çalışabilmesi için aşağıda belirtilen parçaların yenileri ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

- 2 Adet 24 Aylık bakım seti (nucleus kodu:S36480) _
- 1 Adet Slencer (nucleus kodu:S36481) _
- 1 Adet Power Supply(nucleus kodu:S36479) _
- 1 Adet Transducer PCB kartı(nucleus kodu:S36478)_

Cihazların yedek parça fiyat listesi yoktur.

Selman ÖCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	Hikmet ERBİL Elektrik Mühendisi	Hasan BİLEN Hastane Müd. Yardımcısı V.

Açıklama	
-----------------	--

CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :Ventilatör Cihazı	
	Marka :SLE	
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi	Model : 5000	
	Seri No : 52786(2009)	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 06.04.2022	Var [] Yok [X]	Var [] Yok [X]

Açıklama; Cihaz çalışmamaktadır. Basınç ölçümleri arızalıdır. İlgili firma tarafından yapılan kontrolünde cihazın değiştirilmesi gereken parçaları aşağıda belirtilmiştir.

Gerekli Yedek Parçalar:

1 Adet 48 Aylık Bakım Seti(nucleus kodu:S36477)

Cihazın yedek parça fiyat listesi yoktur.

Selman ÖCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
<i>Selman ÖCAL</i> Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	<i>Hikmet ERBİL</i> Elektrik Mühendisi	<i>Hasan BİLEN</i> Hastane Müdür Yardımcısı V.

Açıklama	
----------	--