

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

08/04/2022

İlan No : 2022-04-1110
İstem No : 64202
Alım No :
Talep Eden Birim : Kardiyoloji / Kardiyoloji Koroner Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/04/2022 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, MİKRO, PTCA, TEK LÜMENLİ, 0.014", 135CM	4	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KATETER,MİKRO,PTCA,TEK LÜMENLİ,0.014",135CM

- 1-Kronik total tıkalı damarlarda Vasküler rekanalizasyon için üretilmiş olmalıdır.
- 2-Yüksek tork gücüne sahip olmalıdır.
- 3-Yüksek itme gücüne sahip olmalıdır.
- 4-0.14 kılavuz tel ile uyumlu çalışmalıdır.
- 5-Katater uç kalınlığı 1.5 F ,distal shaft 2.3 F ,proximal shaft 2.6 F ,kataterin distal 3 cm bölümü görünürlüğü arttırmak amacıyla radyoopak madde ile kaplanmış olmalıdır.
- 6-Mikro Kataterin kullanılabilir uzunluğu 135-155 cm olmalı,135 cm kataterlerde ilk 25 cm,155 cm lik kataterlerde ilk 60 cm NDurance hidrofilik kaplı olmalıdır.
- 7-Katater shaftı üzerinde 95 ve 105 cm katater çıkış markırları ve katater gövdesinin sonuna ,kataterin ucunu sağa sola çevirebilmek tork kabiliyetini arttırmak amacıyla torkır yerleştirilmiş olmalıdır.
- 8-Kataterin proksimal iç lümen genişliği 0.52 mm ,iç lümen genişliği ise 0.44-0.48 mm olmalıdır.
- 9-Katater uç yapısı atravmatik soft taper yada geniş lümen mosquito tip olmalıdır.
- 10-Katater gövdesi itilebilirliği artırmak için tel örgü yapıda olmalıdır.
- 11- Ürünler steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

Minever CAVDAR
Kardiyoloji Anjyografi
Sorumlu Hemşiresi

Öğr. Gör. Dr. Emrah YEŞİL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kardiyoloji
Dip. Tesis No: 155720

Prof. Dr. İ. Türcay ÖZCAN
Mersin Üniv. Tıp Fakültesi
KARDİYOLOJİ ADI BAŞKANI
Dip. No: 2500